

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ (2)

Nr sprawy: MED/209/2025

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę wyrobów medycznych oraz wyposażenia medycznego (2 zadania).

W związku z wpłynięciem zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) o poniższej treści:

Pytanie nr 1 – dot. zadania nr 1:

„Czy w poz. 2 Zamawiający wymaga hydrożelu przeznaczonego do wszystkich stopni oparzeń oraz posiadającego badanie w zakresie cytotoksyczności? Na rynku medycznym oferowane są hydrożele tylko do oparzeń 1 i 2 stopnia, które dodatkowo są toksyczne.”

Pytanie nr 2 – dot. zadania nr 1:

„Czy Zamawiający wymaga wskazania w ofercie nazw handlowych i/lub nazw producenta zaoferowanych wyrobów? Powyższy wymóg zapewni Zamawiającemu jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu, co pozwoli zweryfikować czy zaoferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego szczególnie w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1a) oraz wymogu TCCC, a także posiadania przez zaoferowany wyrób aktualnej i właściwej dokumentacji dopuszczającej wyrób do obrotu. Tylko w ten sposób Zamawiający będzie miał pewność, że otrzymuje wyrób najwyższej jakości, zgodny z wymaganiami oraz dopuszczony do obrotu na terenie Polski.”

Pytanie nr 3 – dot. zadania nr 1:

„Czy Zamawiający w poz.6 dopuści lubrykant 5g?”

Pytanie nr 4 – dot. zadania nr 1:

„Czy w poz. 7 Zamawiający dopuści nożyczki zgodne z WET dla zestawów ratownictwa taktycznego i IPMed tj. Nożyczki ratownicze posiadają ostrze wykonane z twardej stali z powłoką teflonową, umożliwiające cięcie tkaniny ubraniowej, materiałów opatrunkowych, pasów bezpieczeństwa, skóry oraz innych twardych przedmiotów. Ząbkowane ostrze, nie wymagające ostrzenia. Wygięty kształt ułatwiający cięcie. Nożyczki na końcu dolnego ostrza posiadają zaokrąglenie, które chroni przed skaleczeniem w czasie stosowania. Długość powierzchni tnącej: 4 cm, długość całkowita 16 cm. Kolor ostrza i rękojeści matowy: czarny.”

Pytanie nr 5 – dot. zadania nr 1:

„Czy Zamawiający wymaga w poz. 20,21 rurki zgodnej z WET dla zestawów ratownictwa taktycznego tj. Rurka intubacyjna: a) Jednorazowego użytku, sterylne. b) Rozmiar: 7, 7,5,8,. c) Wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV, silikonowana. d) Niskociśnieniowy mankiet uszczelniający typu HI-LO. e) Znaczniki głębokości oznaczone cyframi i kreskami. f) Znacznik RTG na całej długości. g) Balonik kontrolny. h) Zaokrąglone zakończenie rurki z otworem Murphiego i) Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką i zgodny z ISO 5356-1, dopuszczalny jest łącznik, który nie jest trwale połączony z rurką. j) Dobrze widoczne oznaczenie rozmiaru i średnicy wewnętrznej rurki. k) Pakowana pojedynczo, sterylne, opakowanie folia-papier.”

Pytanie nr 6 – dot. zadania nr 1:

„Czy Zamawiający wymaga w poz. 25-26 rurki zgodnej z WET dla zestawów ratownictwa taktycznego tj. Zastosowanie: udrażnianie górnych dróg oddechowych przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC. b) Wykonana z miękkiego PVC medycznego przezroczystego lub w kolorze zielonym, silikonowana, bez lateksu i ftalanów. c) Rozmiary: średnica wewnętrzna 7,0 - 7,5 mm (FR 30). d) Kształt anatomicznej krzywizny kanału nosowo-gardłowego. 1 z 4 e) Posiadająca ogranicznik chroniący przed wsunięciem w głąb dróg oddechowych i pozycjonujący rurkę. f) Wyrób sterylny. g) Opakowanie chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, łatwe do otwierania, umożliwiające dowolne formowanie kształtu, o wymiarach maksymalnie 12 cm x 22 cm. h) Okres ważności rurki nosowo gardłowej minimum 5 lat.”

Pytanie nr 7 – dot. zadania nr 1:

„Czy Zamawiający wymaga w poz. 36-38 światła zgodnego z WET dla zestawów ratownictwa taktycznego tj. Sygnalizator świetlny: 1. Czas świecenia min 12 godz. 2. Światło chemiczne 3. Długość 15 cm 4. Wodoodporny, nieiskrzący, niepalny i nietoksyczny 5. Kolor zielony 6. Kolor żółty Kolor czerwony”

Pytanie nr 8 – dot. zadania nr 1:

„Czy Zamawiający wymaga w poz. 41 zestawu zgodnego z WET dla zestawów ratownictwa taktycznego tj. zestaw do szybkiej konikopunkcji ratowniczej dla dorosłych. b) Zestaw gotowy do natychmiastowego wykorzystania. c) Sterylny, jednorazowy, opakowanie w kształcie „tuby”. d) Standardowa końcówka o średnicy 15 mm. e) Specjalne zakończenie igły nakłuwacza eliminujące konieczność wykorzystania skalpela i redukujące krwawienie. f) Blokada zmniejszająca ryzyko przebicia tylnej ściany tchawicy. g) Taśma mocująca dren wokół szyi. h) Igła prowadząca o szerokości 2 mm, strzykawka 5 ml lub 10 ml oraz łącznik karbowany w zestawie. i) Dren o średnicy 4 mm.”

Pytanie nr 9 – dot. zadania nr 1:

„Czy Zamawiający w poz. 36 ma na myśli wkłucie doszypikowe NIO?”

Pytanie nr 10 – dot. zadania nr 2:

„Czy w poz. 4 Zamawiający wymaga chusty zgodnej z WET?”

Pytanie nr 11 – dot. zadania nr 2:

„Czy w poz. 7 Zamawiający dopuszcza dren o długości 2m?”

Pytanie nr 12 – dot. zadania nr 2:

„Czy w poz. 27 Zamawiający wymaga samej karty czy karty w etui z przywieszką? Czy Zamawiający dopuszcza produkt równoważny tj. produkt z inną nazwą handlową?”

Pytanie nr 13 – dot. zadania nr 2:

„KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY wielorazowy – poz. 30 Wnioskujemy o zmianę wymagań dotyczących kołnierza na: „Kołnierz–jednorazowego użytku”. Zgodnie ze zmianą dokonaną przez producentów wszystkich kołnierzy, są to już wyroby jednorazowego użytku. Powyższa zmiana dokonana przez producenta jest zgodna z aktualnymi wytycznymi MDR związanymi z

bezpieczeństwem produktu i szacowaniem ryzyka. W związku z tym zaoferowanie kołnierza, który byłby wielokrotnego użytku jest obecnie nierealne, gdyż taki kołnierz nie istnieje. Brak dopuszczenia dostawy kołnierza jednorazowego użytku spowoduje, iż żaden z Wykonawców nie będzie w stanie złożyć oferty realnej do zrealizowania, gdyż kołnierze wielorazowe nie są już produkowane. **BRAK DOPUSZCZENIA POWYŻSZEGO ROZWIĄZANIA SPOWODUJE, IŻ W ZADANIU ZŁOŻENIE OFERTY STANIE SIĘ NIEREALNE, GDYŻ PRODUKT OPISANY W WET JUŻ NIEISTNIEJE.**

Pytanie nr 14 – dot. zadania nr 2:

„Czy w poz. 66 Zamawiający dopuści prześcieradł w rozmiarze 210x160cm?”

Pytanie nr 15 – dot. zadania nr 2:

„Czy w poz. 67 Zamawiający wymaga Przewód pacjenta silikonowy wielorazowy do respiratorów PAC (z wyjątkiem Baby i ParaPac Plus), dł. 130cm (51` long)?”

Pytanie nr 16 – dot. zadania nr 2:

„Czy w poz. 76 Zamawiający dopuści stopery z tłumieniem hałasu w dB: SNR=36 (H=34, M=34, L=31)?”

Pytanie nr 17 – dot. zadania nr 2:

„Czy w poz. 86 Zamawiający wymaga worka BVM zgodnego z WET dla PRM?”

Zamawiający, na podstawie art. 284 ustawy Pzp, udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1 (zad. 1 poz. 2):

Zamawiający wymaga zaoferowania w zad. 1 poz. 2 hydrożelu przeznaczonego do wszystkich stopni oparzeń.

Ad. 2 (zad. 1):

Zamawiający nie przewiduje zmian w formularzu ofertowym, asortyment został opisany w sposób pozwalający na identyfikację, wszelkie wątpliwości są na bieżąco wyjaśniane w odpowiedziach na zapytania.

Ad. 3 (zad. 1 poz. 6):

Zamawiający w zad. 1 poz. 6 **dopuszcza** zaoferowanie saszetki lubrykantu o **pojemności 5 g.**

Ad. 4 (zad. 1 poz. 7):

Zamawiający w zad. 1 poz. 7 **dopuszcza** zaoferowanie nożyczek zgodnych z WET dla zestawów ratownictwa taktycznego i IPMed.

Ad. 5 (zad. 1 poz. 20, 21):

Zamawiający w zad. 1 w **poz. 20, 21 wymaga rurki intubacyjnej**, która jest:

- jednorazowego użytku, sterylna,
- rozmiar 7 w poz. 20 oraz rozmiar 8 w poz. 21,
- wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV,

- znaczniki głębokości oznaczone cyframi i kreskami,
- znaczniki RTG na całej długości,
- zaokrąglone zakończenie rurki z otworem Murphiego,
- pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie folia-papier,
- termin ważności 4-5 lat.

Ad. 6 (zad. 1 poz. 25, 26):

Zamawiający w zad. 1 w **poz. 25, 26 wymaga rurki intubacyjnej**, która jest:

- wykonana z miękkiego PCV medycznego, silikonowana, bez lateksu i ftalanów, sterylna,
- rozmiar – średnica wewnętrzna: 7,5 mm – poz. 25 oraz średnica wewnętrzna 7 mm – poz. 26,
- kształt anatomicznej krzywizny kanału nosowo-gardłowego,
- posiadająca ogranicznik chroniący przed wsunięciem w głąb dróg oddechowych i pozycjonującej rurkę,
- wyrób sterylny,
- opakowanie chroniące przed zmoczeniem typu foliowo-papierowe,
- termin ważności 4-5 lat.

Jednocześnie Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie rurki zgodnej z WET dla zestawów ratownictwa taktycznego.

Ad. 7 (zad. 1 poz. 36-38):

Zamawiający w zad. 1 w **poz. 36-38 dopuszcza** zaoferowanie świateł chemicznych zgodnych z wymogami WET dla zestawów ratownictwa taktycznego.

Ad. 8 (zad. 1 poz. 41):

Zamawiający w zad. 1 w **poz. 41 dopuszcza** zaoferowanie zestawu do konikopunkcji ratowniczej zgodnego z wymogami WET dla zestawów ratownictwa taktycznego.

Ad. 9 (zad. 1 poz. 42):

Zamawiający w zad. 1 w **poz. 42 dopuszcza** zaoferowanie wkłucia doszpikowego NIO.

Ad. 10 (zad. 2 poz. 4):

Zamawiający **doprecyzuje**, że w zad. 2 w poz. 4 wymagana jest chusta bawełniana, w kształcie trójkąta równoramiennego, o wymiarach **96cm x 96cm x 136cm** lub **95cm x 95cm x 134cm** lub **96cm x 96cm x 130cm**.

Ad. 11 (zad. 2 poz. 7):

Zamawiający w zad. 2 w **poz. 7 dopuszcza** zaoferowanie drenu o **długości 2m**.

Ad. 12 (zad. 2 poz. 27):

Zamawiający w zad. 2 poz. 27 wymaga karty do ewakuacji medycznej: wydruk na papierze wodoodpornym. Karta segregacyjna powinna być zgodna ze wzorem karty ewakuacyjnej określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach. Jednocześnie Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie produktu równoważnego.

Ad. 13 (zad. 2 poz. 30):

Zamawiający w zad. 2 w poz. 30 **dopuszcza** zaoferowanie kołnierza jednorazowego użytku.

Ad. 14 (zad. 2 poz. 66):

Zamawiający w zad. 2 poz. 66 **dopuszcza** zaoferowanie prześcieradła flizelinowego o wymiarach **210cm x 160cm**.

Ad. 15 (zad. 2 poz. 67):

Zamawiający w zad. 2 w poz. 67 wymaga zaoferowania przewodu silikonowego wielorazowego do respiratorów PARA PAC 200D (z wyjątkiem Baby i ParaPac Plus, długość 130 cm (51' long).

Ad. 16 (zad. 2 poz. 76):

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu wskazanego w zapytaniu.


Ad. 17 (zad. 2 poz. 86):

Zamawiający w zad. 2 poz. 86 **dopuszcza** zaoferowanie worka samorozprężalnego typu składany zgodnego z wymaganiami WET dla PRM.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp – Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem

KOMENDANT 2. WOG
z upoważnienia
Kierownik SZP 2. WOG


Marta SZCZUREK

