S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J
W M Y Ś L E N I C A C H
32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 **Informacja** (012) 27-30-355, 27-30-205
sekretariat 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55
NIP: 681-169-06-68**, REGON:** 000300570**,**

Myślenice, dnia 27.05.2025r.

Do wszystkich
Wykonawców

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm. – dalej uPZP) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 uPZP., którego przedmiotem są dostawy materiałów i sprzętu jednorazowego użytku. Nr sprawy: 12/PN/25.

(1) Pytania wykonawcy pierwszego:
Dotyczy: 12/PN/25 część 13 poz. 7 termin składania ofert: 05-06--2025 r.
1.Czy Zamawiający w części 13 poz. 7 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Smooth Flow do implantacji metodą Anterograde bez otworów bocznych z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR o długościach
- końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 23 cm, długość całkowita 36 cm
- końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 27 cm, długość całkowita 40 cm
- końcówka mankiet 28 cm, końcówka nasadka 32 cm, długość całkowita 45 cm
- końcówka mankiet 33 cm, końcówka nasadka 37 cm, długość całkowita 50 cm

Charakterystyka zestawu:
- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- Trokar
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 13 poz. 7 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pozycji z części.

(1.2) Kolejne pytania Wykonawcy pierwszego

Dotyczy: 12/PN/25 część 23 poz. 1 termin składania ofert: 05-06--2025 r.

1.Czy Zamawiający w części 23 poz. 1 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Smooth Flow do implantacji metodą Anterograde bez otworów bocznych z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR
o długościach
- końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 23 cm, długość całkowita 36 cm
- końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 27 cm, długość całkowita 40 cm
- końcówka mankiet 28 cm, końcówka nasadka 32 cm, długość całkowita 45 cm
- końcówka mankiet 33 cm, końcówka nasadka 37 cm, długość całkowita 50 cm

Charakterystyka zestawu:
- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J" z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- Trokar
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

(2) Pytania Wykonawcy drugiego:

Czy Zamawiający w **Zadaniu 24** w pozycji **1** mógłby doprecyzować, czy zestaw jest oparty na użyciu dedykowanego do metody Griggsa wielorazowego peana (które to narzędzie nie jest elementem opisanego zestawu).

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje wielorazowym peanem.

Czy Zamawiający w **Zadaniu 24** w pozycji **2** dopuści (zestaw stosowany przez Zamawiającego) z igłą 16G i kaniulą 14G; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

(3)Pytania Wykonawcy trzeciego:

Pytanie nr 1
Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści igłę bez prowadnicy? Pozostałe zapisy jak w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2
Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 14
Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający ma na myśli cewnik trójświatłowy do długości 15 cm, z prędkością przepływu D 65; M 225; P 225 (ml/min)? Pozostały opis jak w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga cewnik trójświatłowy do długości 15 cm .

Pytanie nr 3
Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 15
Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający ma na myśli cewnik trójświatłowy do długości 20 cm, ze średnicą świateł 16G/12G/12G? Pozostały opis jak w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga cewnik trójświatłowy do długości 20cm .

Pytanie nr 4
Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 25
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów do ran operacyjnych Redona z prerforacją na odcinku 14 cm, tak jak obecnie stosowane w Państwa placówce.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5
Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 37, 38, 40
Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe wyposażonych w rozszerzoną skalę o minimum 20%, czyli strzykawki 2 ml skala do 3 ml, strzykawka 5 ml skala do 6 ml, strzykawka 20 ml skala do 24 ml, tak jak obecnie stosowane w Państwa placówce? Zastosowanie strzykawek z rozszerzoną skalą umożliwi szersze wykorzystanie strzykawek, co będzie bardziej ekonomiczne dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6
Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 42
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki cewnikowej 50/60 ml, posiadającej podwójne uszczelnienie tłoka, pojedynczą skalą pomiarową, opakowanie typu blister pack, tak jak obecnie stosowane w Państwa placówce.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7
Dotyczy Pakietu nr 19
Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska. W Rozdziale IV pkt. 1 SWZ oraz wymaganiach zawartych pod pakietem nr 19 Zamawiający zamieścił wymóg, aby produkty w poz. 3-10 były od jednego producent. Pragniemy nadmienić, iż produktu z poz. 10 nie ma w ofercie producenta, którego produkty są opisane w pozycjach 3 – 9. Prosimy więc o zmianę zapisu na następujący: „Poz. 3-9 – Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty pochodziły od tego samego producenta."
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis rozdziała IV SWZ oraz wymagań zawartych pod pakietem 19:
Poz. 3-9 Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty pochodziły od tego samego producenta.

Rozdział IV. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

1. Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
   - karty charakterystyki produktów dokumentujące opis SWZ – do każdej pozycji

   - materiały potwierdzające spełnianie wymagań (próbki) w ilości 1 szt do cz.1 poz.12; cz.11 poz.11; cz.13 poz.11; cz.14 poz. 1; cz.16 poz. 23,24; cz.17 poz.1; cz. 18 poz. 1;

   - Do pozostałych:
   cz.6 Poz. 5,6,9-12 muszą być od jednego producenta ;
   cz.11 Myjki z pozycji 15 oraz czepki z pozycji 11 kompatybilne z ogrzewaczem umożliwiającym ogrzanie i utrzymanie zadanej temperatury celem przeprowadzenia toalety pacjenta w komfortowej temperaturze, 12- stanowiskowy, każde stanowisko wyposażone w czujnik oraz diody LED informujące o gotowości opakowania na danym stanowisku zgodnie ze schematem jak poniżej: NOT READY - pomarańczowa dioda o stałym świetle - opakowanie myjek na danym stanowisku znajduje się krócej niż 2 godziny i może jeszcze nie być ogrzane do zadanej temperatury; READY - zielona dioda o stałym świetle - opakowanie myjek na danym stanowisku jest ogrzane do zadanej temperatury i gotowe do użycia; READY TAKE FIRST - zielona migająca dioda, aktywowana po 84 godzinach od umieszczenia opakowania w danym stanowisku - informuje, że opakowanie na danym stanowisku powinno zostać wyjęte w pierwszej kolejności. Możliwość regulacji temperatury w zakresie 38 - 52°C z poziomu menu. Wymiary ogrzewacza: 42,88 x 37,31 x 38,74 cm **Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ogrzewacz w bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy.**;

cz. 19 Poz. 3- 9 Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty pochodziły od tego samego producenta.

Cz. 18 - certyfikat ISO 13485:2016 w zakresie magazynowania i dystrybucji testów diagnostycznych, wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną, wystawionego dla zgłoszonego w URPL importera/dystrybutora pasków testowych

2. **Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.**
3. **Przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu.**

Pytanie nr 8
Dotyczy umowy § 2 ust. 5
Zwracamy się z prośbą o modyfikację w zakresie § 2 ust. 5 przez dodanie zapisu: „W przypadku dokonania zakupu zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, np. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar w terminie, a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym), przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika cenowego do niniejszej umowy."
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia projektowanych postanowień umownych.

Pytanie nr 9
Dotyczy umowy § 6 ust. 4
W związku z faktem, iż zwyczajowo suma kar umownych wynosi maksymalnie do 20%, prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisów umowy w zakresie § 6 ust. 4 w sposób następujący: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20 % całkowitego wynagrodzenia wykonawcy brutto określonego w postanowieniu § 4 ust. 2.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia projektowanych postanowień umownych.

(4) Pytania Wykonawcy czwartego:

Pytanie 1, dotyczy cześć 8.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówień zestawów czujników ProAQT w opakowaniach zbiorczych zawierających 5 szt. czujników? Czujniki pakowane są w opakowania zbiorcze zawierające 5 szt. bez możliwości rozdzielenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2, dotyczy załącznik nr 5, wzór umowy, § 2 dostawa, pkt.3.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 5 dni roboczych dla części nr 8?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

(5) Pytania Wykonawcy piątego:

1. Dotyczy wzoru umowy, par.4 pkt.3 (dla pakietu 18)-
Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie jednej zbiorczej faktury wystawianej po zakończeniu danego miesiąca, fakturami jednostkowymi dostarczanymi przez Wykonawcę w wersji papierowej wraz z każdorazową dostawą?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia projektowanych postanowień umownych.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca składający ofertę jedynie na Część 18 obejmującą wyroby medyczne a nie produkty lecznicze nie ma obowiązku składania oświadczenia wg Załącznika 7, który dotyczy produktów leczniczych. Ewentualnie prosimy o odpowiednią modyfikację Załącznika nr 7.

Odpowiedź: Zamawiający załącza Obowiązujący załącznik nr 7.

(6) Pytania Wykonawcy szóstego:

Część nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu o poniższym opisie:
- osłonka igły biorczej
- igła biorcza dwukanałowa
- igła dwupłaszczyznowo ścięta
- hydrofobowy filtr powietrza
- zatyczka filtra hydrofobowego
- duża komora kroplowa (powyżej 60 mm w części przezroczystej)
- filtr płynu o wielkości oczek 15 µm
- zaciskacz rolkowy z miejscem na igłę oraz logiem producenta oraz uchwytem na dren
- łącznik stożkowy luer lock
- osłonka łącznika luer lock
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym)
- sterylizowany EO
- dren 180cm

sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack
Opakowanie handlowe: 25 szt. woreczek foliowy
Opakowanie zbiorcze (karton): 400 szt. ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu wykonanego z medycznego PVC?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu z medycznego PVC o poniższym opisie:
- dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami
- kolec wykonany z ABS
- hydrofobowy filtr powietrza zamykany niebieską klapką
- **tworzy system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH**
- duża komora kroplowa z PVC (55 mm w części przezroczystej)
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml
- filtr płynu o wielkości oczek 15 µm
- zaciskacz rolkowy z miejscem na dren
- dren wykonany z PVC bez ftalanów o długości 150 cm
- przezroczysty łącznik stożkowy luer lock
- oba końce przyrządu zabezpieczone ochronnymi osłonkami
- nie zawiera lateksu, niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym)
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu z medycznego PVC o poniższym opisie:
- osłonka igły biorczej
- igła biorcza dwukanałowa
- igła dwupłaszczyznowo ścięta
- hydrofobowy filtr powietrza
- zatyczka filtra hydrofobowego
- duża komora kroplowa (powyżej 60 mm w części przezroczystej)
- filtr płynu o wielkości oczek 15 µm
- zaciskacz rolkowy z miejscem na igłę oraz logiem producenta oraz uchwytem na dren
- łącznik stożkowy luer lock
- osłonka łącznika luer lock
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym)
- sterylizowany EO
- dren 150cm
- bursztynowy(do leków światłoczułych) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 6 poz. 5-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z rozszerzoną skalą 50(60)ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 6 poz. 7-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedłużaczy o średnicy wewnętrznej 1,24 mm, średnicy zewnętrznej 2,4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 6 poz. 9-12

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z tłokiem prostym na całej długości, z przewężeniem jedynie od strony ujścia strzykawki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 6 poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki napełnionej roztworem soli fizjologicznej 0,9 % . Strzykawki przeznaczone do procedury przepłukiwania wkłuć dożylnych. Podwójna sterylizacja pozwala na używanie w standardowych procedurach jak i do użytku na blokach operacyjnych. Końcówka Luer Lock, tłok zapobiegający cofaniu krwi do cewnika, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, podwójnie sterylizowane wewnątrz i na zewnątrz radiacyjnie, opakowanie ograniczające generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, wyrób zakwalifikowany do klasy IIa, na cylindrze oznaczenie objętości roztworu (piktogram) i oznaczone o zgodności z USP, zgodne z ISO EN: 7886-1.
Pojemność nominalna 10 ml, skala do 10 ml i z wypełnieniem 10 ml. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 6 poz. 14

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli dożylnej bezpiecznej o poniższym opisie:
- igła wykonana ze stali nierdzewnej
- osłona igły: polipropylen
- cewnik wykonane z odpornego na zginanie i biokompatybilnego poliuretanu PUR
- metalowy element zabezpieczający igłę po wyjęciu z cewnika
- wyposażona w skrzydełka barwione kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- 6 linie RTG
- brak lateksu

- nie zawiera ftalanów
- filtr hydrofobowy
- okres trwałości 5 lat
- instrukcja użytkowania w opakowaniu pośrednim 50 szt.

Rozmiar Gauge	Kolor	Rozmiar (mm.)	Długość (mm.)	Przepływ (ml./min.)
14	Pomarańczowa	2.1	45	270
16	Szara	1.8	45	200
18	Zielona	1.3	45/32	85
20	Różowa	1.1	32/25	55
22	Niebieska	0.9	25	33
24	Żółta	0.7	19	18

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 15 poz. 11
Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do godzinowej zbiórki moczu o poniższym opisie:

- jałowy worek do zbiórki moczu jednorazowego użytku
- pakowany pojedynczo w opakowanie blister
- pośrednie pakowanie po 10 szt. w opakowaniu foliowym
- pojemność worka 2 600 ml, skalowany co 100ml
- pojemność komory pomiarowej 500 ml,
- skalowana komory: co 1ml od 4 do 50ml; co 5ml od 50 do 150ml; co 10ml od 150 do 500ml
- odpowietrznik z hydrofobowym filtrem (w worku)
- system By-Pass zapobiega przepełnieniu
- zawór anty-zwrotny (pomiędzy komorą pomiarową a drenem)
- zawór dolny typu T podwieszany ku górze w zakładce
- zacisk ślizgowy (klamra zaciskowa)
- bezigłowy port do pobierania próbek
- możliwość podwieszenia na min. 2 sposoby (wieszak i sznurki mocujące)
- tylna biała ściana umożliwiająca lepszą wizualizację wypełnienia worka - dren jednoświatłowy o długości 120 cm, wzmacniany antyzgięciowo na odcinku 25mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 15 poz. 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wody 350 ml z niesterylnym łącznikiem?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 15 poz. 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wody o pojemności 500 ml z możliwością stosowania przez okres 70 dni?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 15 poz. 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pęsety wykonanej z tworzywa ABS , turkusowej o długości 130mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

(7) Pytanie Wykonawcy siódmego:

Część 6, poz. 1,2,3

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą wykonaną z bezpiecznego medycznego PCV.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 6, poz. 1
Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą o długości 55 mm w części przezroczystej.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 6, poz. 1
Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą o długości 62 mm.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 6, poz. 1
Proszę o dopuszczenie przyrządu z igłą biorczą ściętą trójpłaszczyznowo.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych parametrów.

Część 6, poz. 1
Proszę o dopuszczenie przyrządu o skuteczności filtracji 99,3%
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 6, poz. 1,2,3
Proszę o dopuszczenie przyrządu bez ftalanów, oznaczony graficznie jednym znakiem- bez zawartości PHT
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 6, poz. 1,2,3
Proszę o dopuszczenie przyrządu bez opaski i gumki stabilizującej dren.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych parametrów.

Część 6, poz. 2,3
Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych parametrów.

Część 6, poz. 4
Proszę o dopuszczenie przedłużacza zgodnego z opisem:
Dren przedłużający typu Heidelberger

- dostępny w długościach 75 cm oraz 140 cm

- dedykowany do ciągłej terapii

- wykonany z PVC bez zawartości DEHP

- średnica drenu 3,0 mm x 4,1 mm

- objętość wypełnienia 9,9 ml

- pakowany jednostkowo, opakowanie zbiorcze 100 sztuk

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 6, poz. 5,6,9,10,11,12
Proszę o dopuszczenie strzykawek do pomp z pojedynczą skalą- podany wymóg nie ma medycznego uzasadnienia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych parametrów.

Część 6, poz. 7,8

Proszę o dopuszczenie przedłużaczy o średnica zewnętrzna 2,5mm / wewnętrzna / 1,5 mm
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 6, poz. 9,10,11,12
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z oznaczeniem kolorystycznym na pudełku zbiorczym. W przypadku odmowy proszę o medyczne uzasadnienie.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych parametrów.

Część 6, poz. 12
Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniach po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych parametrów.

Część 6 poz. 9,10,11,12
Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek bez skali rozszerzonej tj. 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 6 poz. 9,10,11,12
Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z pojedynczą kryzą na korpusie strzykawki.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 6 poz. 14
Proszę Zamawiającego o dopuszczenie kaniule bezpieczne bez portu o następujących rozmiarach i przepływach:

Rozmiar Gauge	**Kolor**	**Przepływ ml/min**	**Rozmiar mm**	**Długość mm**
14G	Pomarańczowy	270	2,1	45
16G	Szary	200	1,8	45
17G	Biały	140	1,4	45
18G	Zielony	85	1,3	32
20G	Różowy	55	1,1	32
22G	Niebieski	33	0,9	25
24G	Żółty	19	0,7	19

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Część 6 poz. 14
Proszę Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli z filtrem hydrofobowym pełniącym rolę zastawki.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 6 poz. 5,6, 9-12
Proszę o odstąpienia od wymogu, żeby wyroby z pozycji 5,6, 9-12 były od jednego producenta, opisane strzykawki są produkowane według wymaganych norm co sprawia iż, są w pełni kompatybilne z innymi producentami?
Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od wymogu.

(8) Pytania Wykonawcy ósmego:

Część nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulania łącznego o poniższych parametrach:

W skład zestawu wchodzi:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml o wygładzonym wnętrzu, kontrastującym tłoku ze standardową końcówką typu luer
- Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z poliamidu, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej). Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym zapobiega uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika.
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) o długości 90mm, skalowana co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu
- Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych (Pencil Point) 27G (szara) o długości 135 mm z możliwością wprowadzania do igły Touhy, wykonana ze stali nierdzewnej, z systemem blokującym SAFE-WAY, z możliwością regulacji wysunięcia igły w zakresie 0-10mm
- Płaski filtr epiduralny 0,2 µm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem (do 96 godz. nieprzerwanej pracy)
- Tępa igła do nabierania leków 18 G 38 mm z wbudowanym filtrem 0,5 µm. Ścięcie igły pod katem 45°
- Łącznik do cewnika epiduralnego
- Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatrzaskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała
- Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny

?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przedłużacze do pomp o długości 100 cm z kranikiem trójdrożnym wykonanym z poliwęglanu z wyłącznie optyczną identyfikacją zmiany pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 6, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komora kroplową o długości całkowitej 6cm, igłą biorczą ściętą czteropłaszczyznowo wykonaną z ABS, bez opaski stabilizującej pakowany w sposób uniemożliwiający jego przemieszczanie wewnątrz opakowania, bez znacznika sterylizacji wyłącznie z oznaczeniem o sterylności i rodzaju sterylizacji, pakowany po 100 sztuk w opakowaniu transportowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 6, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania z nazwa producenta na zacisku, bez opaski stabilizującej pakowany w sposób uniemożliwiający jego przemieszczanie wewnątrz opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych parametrów.

Część 6, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania z komorą kroplową o długości całkowitej 6cm, nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym, bez opaski stabilizującej pakowany w sposób uniemożliwiający jego przemieszczanie wewnątrz opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych parametrów.

Część 6, pozycja 1-3

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory
bez PCV.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 6, pozycja 5-6

Czy zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych parametrów.

Część 6, pozycja 7-8

Czy zamawiający dopuści przedłużacz do pompy infuzyjnej z drenem o średnicy wewnętrznej 1,24mm i średnicy zewnętrznej 2,4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 6, pozycja 9-12

Czy zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą/jednostronną skalą, tłokiem o budowie jak na zdjęciu:



?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych parametrów.

Część 6, pozycja 5,6,9,12

Czy zamawiający odstąpi od wymogu jednego producenta, umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od wymogu.

Część 6, pozycja 14

Czy zamawiający dopuści kaniulę o następujących właściwościach dostępną wyłącznie w rozmiarach CH24 i CH22:

- Posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem
- Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG
- Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- Dostępna w różnych rozmiarach od 14 g do 24 g
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x ¾''	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1''	0,9 x 25	niebieski	36

?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 16, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści woreczek do pobierania próbek moczu osobno dla dziewczynek i chłopców, do wyboru przez Zamawiającego pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 16, pozycja 9,11

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 16, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 16, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne sterylne, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 16, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści łącznik do drenów z zatyczką ciśnieniową kompatybilny z drenami o średnicach CH4-CH18, taki jak dotychczas dostarczany?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 16, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena wykonane z silikonu o długości 850mm dostępne w rozmiarach CH 16, 18 i 20 jak dotychczas dostarczane?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 16, próbki

Czy Zamawiający oczekuje próbek wyłącznie do pozycji 23 i 24? W SWZ Zamawiający umieścił zapis jak poniżej odnoszący się do pozycji 24,23-25:

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje próbek do pozycji 23 i 24

Rozdział IV. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

1. Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
   - karty charakterystyki produktów dokumentujące opis SWZ – do każdej pozycji

   - materiały potwierdzające spełnianie wymagań (próbki) w ilości 1 szt do cz.1 poz.12; cz.11 poz.11; cz.13 poz.11; cz.14 poz. 1; cz.16 poz. 24, 23-25; cz.17 poz.1; cz. 18 poz. 1;

?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga próbek do pozycji 23 i 24. Zamawiający zmienia Rozdział IV SWZ.

Rozdział IV. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

4. Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
   - karty charakterystyki produktów dokumentujące opis SWZ – do każdej pozycji

   - materiały potwierdzające spełnianie wymagań (próbki) w ilości 1 szt do cz.1 poz.12; cz.11 poz.11; cz.13 poz.11; cz.14 poz. 1; cz.16 poz. 23,24; cz.17 poz.1; cz. 18 poz. 1;

   - Do pozostałych:
   cz.6 Poz. 5,6,9-12 muszą być od jednego producenta ;
   cz.11 Myjki z pozycji 15 oraz czepki z pozycji 11 kompatybilne z ogrzewaczem umożliwiającym ogrzanie i utrzymanie zadanej temperatury celem przeprowadzenia toalety pacjenta w komfortowej temperaturze, 12- stanowiskowy, każde stanowisko wyposażone w czujnik oraz diody LED informujące o gotowości opakowania na danym stanowisku zgodnie ze schematem jak poniżej: NOT READY - pomarańczowa dioda o stałym świetle - opakowanie myjek na danym stanowisku znajduje się krócej niż 2 godziny i może jeszcze nie być ogrzane do zadanej temperatury; READY - zielona dioda o stałym świetle - opakowanie myjek na danym stanowisku jest ogrzane do zadanej temperatury i gotowe do użycia; READY TAKE FIRST - zielona migająca dioda, aktywowana po 84 godzinach od umieszczenia opakowania w danym stanowisku - informuje, że opakowanie na danym stanowisku powinno zostać wyjęte w pierwszej kolejności. Możliwość regulacji temperatury w zakresie 38 - 52°C z poziomu menu. Wymiary ogrzewacza: 42,88 x 37,31 x 38,74 cm **Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ogrzewacz w bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy.**;
   cz. 19 Poz. 3- 9 Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty pochodziły od tego samego producenta.

   Cz. 18 - certyfikat ISO 13485:2016 w zakresie magazynowania i dystrybucji testów diagnostycznych, wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną, wystawionego dla zgłoszonego w URPL importera/dystrybutora pasków testowych

5. **Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.**
6. **Przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu.**

Część nr 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem 200 mikronów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 19, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd o następujących właściwościach:

- przyrząd do infuzji z drenem o długości 100cm zakończony kranikiem trójdrożnym
- dwukanałowy ostry kolec komory kroplowej zabezpieczony zatyczką
- odpowietrznik wyposażony w filtr hydrofobowy z klapką w kolorze zielonym
- komora kroplowa z filtrem cząsteczkowym o wielkości oczek 15 µm
- rurka manometru z podziałką w zakresie od -5 do +35 cmH_2O z umieszczoną wewnątrz czerwoną kulką, zakończona koreczkiem z filtrem hydrofobowym
- skala połączona ze standardowym kranikiem trójdrożnym
- dodatkowy dren o długości 120cm wyposażony w zacisk rolkowy z gumowym bezlateksowym przegubem zakończony męskim portem luer lock zabezpieczonym koreczkiem
- w zestawie dwa uchwyty do zamocowania skali na stojaku
- bez zawartości lateksu
- bez zawartości DEHP
- jednorazowego użytku
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- opakowanie papier – folia ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 19, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów z kolcem komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 19, pozycja 5-7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełnienia definicji NIOSH i potwierdzenia badaniami?

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od wymogu.

Część nr 19, pozycja 5-8

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem o wysokiej skuteczności?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych parametrów.

Część nr 19, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd o następujących właściwościach:

- wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie
- dwukanałowy, dwupłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną końcówką, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (zieloną) klapką
- komora kroplowa dzielona na elastyczną część dolną i twardą część górną z dodatkowym pierścieniem dociskowym ułatwiającym wkłucie w pojemniki z płynami
- na komorze kroplowej wytłoczone oznaczenie producenta
- przyrząd w całości łącznie z kolcem i końcówką przezroczysty, umożliwiający kontrolę wzrokową przepływu na całej długości
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml;
- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm
- miękki elastyczny dren o długości 180 cm z zakończeniem luer-lock
- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- jednorazowego użytku
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 3 lata
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 19, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści przyrząd posiadający oznaczenie producenta wyłącznie na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 19, pozycja 3-10

Czy zamawiający odstąpi od wymogu jednego producenta, umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 19, pozycja 6-8

Czy Zamawiający dopuści przyrząd o następujących właściwościach o budowie jak na zdjęciu:

?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 19, pozycja 9

Czy zamawiający dopuści kaniulę o następujących właściwościach dostępną wyłącznie w rozmiarach CH24 i CH22:

- Posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem
- Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG
- Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- Dostępna w różnych rozmiarach od 14 g do 24 g
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x ¾''	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1''	0,9 x 25	niebieski	36

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

(9)Pytania Wykonawcy dziewiątego:

Część nr 3: Kleszczyki giętkie:

Kleszczyki 5-zębne typu szczęki aligatora z zakończeniem typu zęby szczura o śr. 1,8mm, z giętkim, pokrytym gumową powłoką przewodem roboczym o dł. 60 i 120cm oraz uchwytem typu strzykawkowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 3: Kleszczyki biopsyjne:

Kleszczyki biopsyjne z zakończeniem łyżeczkowatym bez okienka o śr. 1,8mm, z giętkim, pokrytym gumową powłoką przewodem roboczym o dł. 60 cm oraz uchwytem typu strzykawkowego, jednorazowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

(10) Pytania Wykonawcy dziesiątego:

Część 7, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści ramkę znakowaną wyłącznie rozmiarem rurki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści rurkę z nieruchomym szyldem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści śladową ilość ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści rozmiary 5,0-9,0?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści śladową ilość ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści rozmiary 5,0-9,0?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez mankietu o parametrach:

- Ustno-nosowa
- Typ Murphy, zaokrąglona ukośna, atraumatyczna końcówka
- Wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC
- Dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie i łączniku
- Przezroczysta
- Linia rtg na całej długości rurki
- Czytelne oznaczenie rozmiaru rurki
- Znacznik głębokości w postaci markera na końcu rurki
- Pozbawiona ftalanów (bez DEHP)
- Skalowana co 1cm
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w opakowanie papier-folia ze zgrzewami zachowującymi kształt rurki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeśli produkt jest zgodny z ISO 8836;2014-12 oraz we wskazanym przedziale rozmiarów.
Część 7, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem o parametrach:

- Ustno-nosowa
- Typ Murphy, zaokrąglona ukośna, atraumatyczna końcówka
- Wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC
- Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy w kształcie walca
- Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT
- Balonik kontrolny i dren łączący w kolorze innym niż korpus rurki (niebieski)
- Dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie i łączniku
- Przezroczysta
- Linia rtg na całej długości rurki
- Czytelne oznaczenie rozmiaru rurki
- Znacznik głębokości na rurce
- Pozbawiona ftalanów (bez DEHP)

- Skalowana co 1cm
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w opakowanie papier-folia ze zgrzewami zachowującymi kształt rurki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeśli produkt jest zgodny z ISO 8836;2014-12 oraz we wskazanym przedziale rozmiarów.

Część 7, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną z mankietem o parametrach:

- Ustno-nosowa
- Typ Murphy, zaokrąglona ukośna, atraumatyczna końcówka
- Wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC
- Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy w kształcie walca
- Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT
- Balonik kontrolny i dren łączący w kolorze innym niż korpus rurki (niebieski)
- Dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie i łączniku
- Zbrojenie rurki na całej jej długości zapobiegające zagięciu
- Wewnątrz rurki prowadnica wykonana z metalu pokrytego tworzywem sztucznym
- Przezroczysta
- Linia rtg na całej długości rurki
- Czytelne oznaczenie rozmiaru rurki
- Znacznik głębokości na rurce
- Pozbawiona ftalanów (bez DEHP)
- Skalowana co 1cm
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w opakowanie papier-folia ze zgrzewami zachowującymi kształt rurki

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeśli produkt jest zgodny z ISO 8836;2014-12 oraz we wskazanym przedziale rozmiarów.

Część 7, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści śladowe ilości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 7, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści podwójny znacznik głębokości w każdym rozmiarze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 7, pozycja nr 9 – Czy zamawiający dopuści bez ruchomego szyldu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 7, pozycja nr 11 – Czy zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych o opisie:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: gąbkowy (dwie membrany)
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 7g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony klapką

- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 7, pozycja nr 11 – Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 9 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z jednym centralnie umieszczonym celulozowym wymiennikiem, z portem do odsysania, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 7, pozycja nr 12 – Czy zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 7, pozycja nr 13 – Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bez lateksu, posiadającą łukowaty kształt, rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, dren wbudowany w mankiet, rozmiar, zakres wagi i objętość mankietu oznaczone na tubusie maski, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii maski. Dostępne rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5. Kolorowe zabezpieczenie umożliwiające szybką identyfikację rozmiaru maski (1 – różowy; 1,5 -niebieski; 2 – czarny; 2,5 - biały; 3 – zielony; 4 – żółty; 5 – czerwony). Maska sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowana pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe. Na opakowaniu jednostkowym graficzna i opisowa instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 7, pozycja nr 14 – Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową i-gel do utrzymania drożności dróg oddechowych, szybkie i bezpieczne zastosowanie, ze standardowym złączem (15 mm), jednoznaczne oznaczenie rozmiarem i wytycznymi dotyczącymi zaleceń wagowych, wskaźnik odpowiedniego położenia (tylko przy rozmiarach dla dorosłych), nienadmuchiwany mankiet z materiału przypominającego żel, nie zawiera lateksu i PCV, wbudowany bloker zgryzu, kanał gastryczny, stabilizator położenia ułatwia wprowadzenie i eliminuje możliwość zrotowania produktu, z podporą nagłośni, dostępne różne rozmiary (3

rozmiary dla dorosłych i 4 rozmiary dla dzieci), opakowanie osłonowe: podstawka ochronna przy rozmiarach dla dzieci lub opakowanie osłonowe przy rozmiarach dla dorosłych, pakowana sterylnie, opakowanie kodowane kolorem umożliwia szybkie i jednoznaczne przyporządkowanie rozmiaru**?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 7, pozycja nr 15 – Czy zamawiający dopuści długość 60cm do rurki intubacyjnej i 33cm do rurki tracheotomijnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 15 – Czy zamawiający dopuści śladowe ilości DEHP?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 7, pozycja nr 16 – Czy Zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, łącznik kominek ruchomy 22M/15F z wyjściem do bronchoskopii, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 16 – Czy Zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, przeznaczone do wykonania bronchoskopii, zgodny ze standardem połączeń ISO 15M/15F, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 7, pozycja nr 17 – Czy zamawiający dopuści cewnik silikonowany jednostronnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 17 – Czy zamawiający dopuści cewnik z gumową zastawką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 18 – Czy zamawiający dopuści cewnik silikonowany jednostronnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 18 – Czy zamawiający dopuści opakowanie podwójne: folia oraz papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 20 – Czy zamawiający dopuści cewnik silikonowany jednostronnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 21 – Czy zamawiający dopuści cewnik wykonany z lateksu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 21 – Czy zamawiający dopuści balon 5-15 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 21 – Czy zamawiający dopuści strzykawkę dołączoną osobno?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 21 – Czy zamawiający dopuści cewnik bez strzykawki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 21 – Czy zamawiający dopuści możliwość stosowania do 7 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 22 – Czy zamawiający dopuści bez rozmiaru 3?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 22 – Czy zamawiający dopuści wykonaną z ABS?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 22 – Czy zamawiający dopuści zabudowany światłowód?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 22 – Czy zamawiający dopuści opakowanie papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 22 – Czy zamawiający dopuści brak instrukcji użycia na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 23 – Czy zamawiający dopuści wykonaną z ABS?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 23 – Czy zamawiający dopuści zabudowany światłowód?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 23 – Czy zamawiający dopuści opakowanie papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 23 – Czy zamawiający dopuści rozmiar 2 (12cm/11,3cm/12mm), rozmiar 3 (14cm/11,9cm/17mm), rozmiar 4 (16cm/14,2cm/17mm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 24 – Czy zamawiający dopuści oznakowanie łyżek typu Macintosh: nr serii, rodzaj, rozmiar, znak CE oraz symbol „nie do powtórnego użycia" (przekreślona cyfra 2) na części metalowej łyżki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 25 – Czy zamawiający dopuści rozmiary FR10-18 co 2?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 25 – Czy zamawiający dopuści dren Kehra wykonany z medycznego PCV?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 28 – Czy zamawiający dopuści łącznik podwójnie obrotowy zespolony z przedłużką tzw. „martwa przestrzeń"?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.
Część 7, pozycja nr 28 – Czy zamawiający dopuści zatyczkę do portu do bronchoskopii ok. 9mm oraz do portu do odsysania ok. 4mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 29 – Czy zamawiający dopuści zatyczkę do portu do bronchoskopii ok. 9mm oraz do portu do odsysania ok. 4mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Część 7, pozycja nr 29 – Czy zamawiający dopuści łącznik bez silikonowych pierścieni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 7, pozycja nr 30-32 – Czy zamawiający dopuści końcówkę wyłącznie do łączników standardowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 7, pozycja nr 33 – Czy zamawiający dopuści długość 535-600 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Część 7, pozycja nr 34 – Czy zamawiający dopuści rozmiary CH6-CH20, co 2?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 7, pozycja nr 34 – Czy zamawiający dopuści wyłącznie barwne oznaczenie rozmiaru na konektorze?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 7, pozycja nr 35, 36 – Czy zamawiający dopuści elastyczny bronchofiberoskop jednorazowy marki Besdata przeznaczony jest do badania dróg oddechowych u małych zwierząt. Ten giętki endoskop weterynaryjny wyposażony jest w kanał roboczy umożliwiający przeprowadzenie różnych zabiegów i badań, takich jak biopsja płuc, pobieranie popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych (BAL) czy odsysanie wydzielin z dróg oddechowych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii chip-on-tip, w której kamera CMOS i oświetlenie LED zintegrowane są z końcówką endoskopu, jednorazowy bronchofiberoskop umożliwia pozyskanie obrazu o wysokiej rozdzielczości z precyzyjnym odwzorowaniem wszystkich struktur. Ergonomiczna konstrukcja rękojeści pozwala na wyjątkowo łatwą i wygodną obsługę urządzenia podczas badania. Praktyczne przyciski wielofunkcyjne umożliwiają indywidualną regulację np. balansu bieli i jasności obrazu, aby uzyskać najlepszą możliwą jakość obrazu.

Szczegóły produktu:

- Bronchofiberoskop jednorazowy marki Besdata
- Giętki endoskop weterynaryjny
- Z kanałem roboczym
- Doskonały do badania dróg oddechowych u małych zwierząt
- Można go stosować także do gastroskopii
- Wyjątkowo lekki, do wygodnego przenoszenia
- Ergonomiczny kształt ułatwia obsługę
- Praktyczne przyciski wielofunkcyjne do indywidualnej regulacji jakości obrazu
- Elastyczna końcówka dystalna (kąt zgięcia: 180° góra, 130° dół)
- Końcówka dystalna z wbudowaną kamerą CMOS i oświetleniem LED
- Wyjście USD/HDMI do przesyłania obrazu i transmisji wideo do monitora
- Pole widzenia: 120°
- Długość części roboczej: 60 cm
- Dostępny z końcówkami roboczymi w rozmiarach: Ø 2,8 mm, kanał roboczy 1,2 mm oraz Ø 5,2 mm, kanał roboczy 2,2 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 11, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści podkład chłonny o parametrach:

- wkład chłonny pikowany z dodatkiem superabsorbentu SAP
- złożony z 5 warstw: biała włóknina (18g/m2), dwuwarstwowa, oddychająca, 100% celuloza (13g/m2), pulpa celulozowa (84g/szt.), superabsorbent SAP (30g/szt.), antypoślizgowa folia PE w kolorze niebieskim (37g/m2)
- waga całkowita 265g
- kolor: wkład chłonny - biały, laminat - niebieski
- rozmiar 100 cm x 225 cm (wkład chłonny 50 x 190cm)
- chłonność z kontroli zbiorczej 4130 ml/sztukę
- jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 11, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści podkład chłonny o parametrach:

- wkład chłonny pikowany z dodatkiem superabsorbentu SAP
- złożony z 5 warstw: biała włóknina (18g/m2), dwuwarstwowa, oddychająca, 100% celuloza (13g/m2), pulpa celulozowa (28g/szt.), superabsorbent SAP (25g/szt.), antypoślizgowa folia PE w kolorze niebieskim (37g/m2)
- waga całkowita 160g
- kolor: wkład chłonny - biały, laminat - niebieski
- rozmiar 102 cm x 152 cm (wkład chłonny 51 x 129cm)
- chłonność z kontroli zbiorczej 2588 ml/sztukę
- jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 11, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści serwetę ochronną pod pośladki z laminatu Blue Special, wykonane z dwuwarstwowego laminatu: z folii polietylenowo-polipropylenowej nakładanej od strony pacjenta i włókniny polipropylenowej nakładanej od strony personelu medycznego, odporna na przenikanie płynów i mikroorganizmów, wykazuje właściwości absorpcyjne, nie pyli, antystatyczna, niecytoksyczna, nie zawiera lateksu, posiada I klasę palności, zgodna z normą PN-EN 13795, stosowana jest jako obłożenie pola zabiegowego. Serweta znajduje zastosowanie m.in. w czasie porodu pacjentki - zbiera oraz izoluje płyny ustrojowe. Jałowa, kolor niebieski, opakowanie: torebka papierowo-foliowa. Rozmiar 113x90-100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 11, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści suche, jednorazowe szczoteczki do jednorazowego mycia rąk o opisie:

- Umożliwiają utrzymanie optymalnej higieny przedoperacyjnej rąk i skóry
- Wyposażona z jednej strony w szczotkę, a z drugiej w miękką gąbkę
- Pakowane pojedynczo folia/papier
- Sterylne
- Jednorazowego użytku
- Wymiar 90x45x35 mm
- Gotowa do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania
- Opak. Zbiorcze 100 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 11, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści szczoteczki bez czyścika?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 11, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści wymiary 80x50x35?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 11, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści pakowane po 30 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 11, pozycja nr 5,6 – Czy zamawiający dopuści folie wykonaną z poliestru i poliuretanu z klejem akrylowym o grubości 0,025mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Część 11, pozycja nr 5,6 – Czy zamawiający dopuści przepuszczalność pary wodnej 600g/32/24h?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 11, pozycja nr 5,6 – Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 10 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Część 11, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści powierzchnie lepną 34x35 mm/ całkowitą 44x35mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 11, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści powierzchnie lepną 56x45 mm/ całkowitą 66x45mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 11, pozycja nr 7 – Czy Zamawiający dopuści jałową osłonę uchwytu lampy operacyjnej, z kołnierzem, wykonana z polietylenu, w kolorze transparentnym z białym kołnierzem, wymiary: 14x12 cm, osłona pakowana w pojedynczą torebkę papierowo-foliową, zdjęcie poglądowe poniżej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 11, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści pokrowiec o parametrach:

- szer 14cm, dł. 250cm
- kolor przeźroczysty
- sterylny
- performowany
- posiadający 2 taśmy samoprzylepne
- opak. Folia-papier
- pakowany pojedynczo
- wykonany z folii PE o grubości 40?

Część 11, pozycja nr 11 – Czy zamawiający dopuści podgrzanie w mikrofalówce ok .20 sekund przy mocy 700W?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 11, pozycja nr 11 – Czy zamawiający dopuści produkt na 23% stawce podatku VAT?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 11, pozycja nr 12 – Czy zamawiający dopuści aby zamiast vit.a w składzie była vit.e?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Część 11, pozycja nr 12 – Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 sztuk wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 11, pozycja nr 13 – Czy zamawiający dopuści zestaw zawierający:

- 1 szczoteczkę z 2 otworami ssącymi, z zastawką do regulacji siły odsysania ściętą pod kątem 45 stopni i chropowatą gąbką na górnej powierzchni szczoteczki,
- 1 gąbkę-aplikator,
- Płyn do czyszczenia jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej saszetce z nacięciem umożliwiającym otwarcie saszetki i wyciśnięcie zawartości o poj. 10 ml,
- Żel nawilżający w rozrywanej saszetce z nacięciem umożliwiającym otwarcie saszetki i wyciśnięcie zawartości o poj. 3 ml,

Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania; oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej analizą dostępnej literatury skuteczności w redukcji VAP; poszczególne elementy zestawu służące do podłączenia do źródła ssania są zarejestrowane jako wyroby medyczne klasy IIa, zgodnie z ich przeznaczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 11, pozycja nr 14 – Czy zamawiający dopuści zestaw składający się z :

- 2 gąbki z pofałdowaniem pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z zastawką do regulacji siły odsysania ściętą pod kątem 45 stopni i z zagiętą końcówką;
- 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej saszetce z perforacją,
- 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej,

Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania; oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej analizą dostępnej literatury skuteczności w redukcji VAP; poszczególne elementy zestawu służące do podłączenia do źródła ssania są zarejestrowane jako wyroby medyczne klasy IIa, zgodnie z ich przeznaczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 11, pozycja nr 15 – Czy zamawiający dopuści równoważne myjki do toalety pacjenta

o neutralnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 22cm x 20cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz dimetikonu, bez lateksu, w opakowaniu foliowym z możliwością wielokrotnego otwierania/zamykania, pomagającym utrzymać odpowiednie właściwości myjek, chroniące przed wyschnięciem oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w

kuchence mikrofalowej, opakowanie z mini-kartą do obserwacji oczyszczonych stref na skórze, instrukcja w języku polskim dołączona do opakowania?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 11, pozycja nr 15 – Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12 sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 11, pozycja nr 16 – Czy zamawiający dopuści myjki do toalety osobistej pacjenta dedykowane do ogólnej i uzupełniającej higieny i pielęgnacji skóry oraz jako element higieny pacjentów z nietrzymaniem moczu i stolca, myjki do bezwodnego mycia ciała o naturalnym pH, o właściwościach oczyszczających, odświeżających i łagodzących podrażnienia, posiadające substancje nawilżające i odżywcze dla skóry (witamina E, rumianek i aloes), odpowiednie do mycia całego ciała, zawierające w składzie Dimetikon (3%), fosforan chlorku linoamidopropylu PG-dimoniowego, laurylogłukozyd, D-pantenol, alantoina, ekstrakt z aloesu berbadenowego, polisorbat 20, tetrasodowy EDTA, kwas cytrynowy, octan tokoferylu, diglukonian chlorheksydyny, gliceryna, sorbinian potasu, benzoesan sodu, perfum, ekstrakt z rumianku, nie zawierają lateksu, lanoliny i alkoholu, myjki w rozmiarze 20cm x 20cm, zapobiegają powstawaniu infekcji, testowane dermatologicznie, pakowane w opakowanie foliowe z możliwością wielokrotnego zamykania, opakowanie pomagające utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniające możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej, wyrób medyczny, pakowane po 25 sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 15, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści rozmiary 6, 8, 10?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 15, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści ramiona 10 x 10 x 60 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 15, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści dren wykonany z medycznego PCV?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Część 15, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści CH16x200 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 15, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści strzykawkę dołączoną osobno?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 15, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści końcówkę ze zdejmowaną nasadką chroniącą przed uszkodzeniem narządów, atraumatyczne zakończenie kaniuli wewnętrznej. Wykonana z polistyrenu w kolorze białym. Długość całkowita 264mm, długość po wysunięciu kaniuli wewnętrznej 257 mm, średnica kaniuli wewnętrznej 5,2 mm

(+/- 0,3mm), średnica łącznika 7,75 mm (+/- 0,3mm). Kaniula wewnętrzna z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi. Osłonka posiadająca 6 rzędów perforowanych otworów na długości ok. 8,5cm. Produkt bez DEHP i lateksu (z oznaczeniem na opakowaniu indywidualnym), sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany w opakowanie papierowo-foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 15, pozycja nr 9– Czy zamawiający dopuści bez możliwości docinania końcówki?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 15, pozycja nr 9– Czy zamawiający dopuści docinaną końcówkę 10-20 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 15, pozycja nr 10 – Czy zamawiający dopuści końcówkę ze zdejmowaną nasadką chroniącą przed uszkodzeniem narządów, atraumatyczne zakończenie kaniuli wewnętrznej. Wykonana z polistyrenu w kolorze białym. Długość całkowita 264mm, długość po wysunięciu kaniuli wewnętrznej 257 mm, średnica kaniuli wewnętrznej 5,2 mm (+/- 0,3mm), średnica łącznika 7,75 mm (+/- 0,3mm). Kaniula wewnętrzna z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi. Osłonka posiadająca 6 rzędów perforowanych otworów na długości ok. 8,5cm. Produkt bez DEHP i lateksu (z oznaczeniem na opakowaniu indywidualnym), sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany w opakowanie papierowo-foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 15, pozycja nr 11– Czy zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu wykonany z medycznego PCV, worek o pojemność 2000ml z zastawką antyzwrotną, dren o długości 120cm zakończony stożkowym łącznikiem zabezpieczonym zatyczką, bezigłowy port do pobierania próbek moczu, zawór spustowy typu T z możliwością podwieszenia, komora pomiarowa o pojemności 500ml, filtr hydrofobowy w worku i komorze, worek zbiorczy skalowany co 50ml od 100ml do 2000ml, komora kroplowa skalowana co 1ml do 50ml oraz co 5ml od 50ml do 500ml, uniwersalny, zintegrowany wieszak, jednorazowego użytku, bezlateksowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie: folia/papier?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 15, pozycja nr 12 – Czy zamawiający dopuści zamknięty system do zimnego nawilżania poj. 350 ml - Jednorazowy pojemnik z łącznikiem nawilżacza do terapii oddechowej u jednego pacjenta. Zawartość butelki jest sterylna. Specjalnie skonstruowany pojemnik z wbudowanym w ściankę kanałem powodującym przejście tlenu do samego dna, a potem aż ku jego górnej części, powodując jego przejście przez całą objętość wody.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 15, pozycja nr 13 – Czy zamawiający dopuści zamknięty system do zimnego nawilżania poj. 550 ml - Jednorazowy pojemnik z łącznikiem nawilżacza do terapii oddechowej u jednego pacjenta. Zawartość butelki jest sterylna. Specjalnie skonstruowany pojemnik z wbudowanym w ściankę kanałem powodującym przejście tlenu do samego dna, a potem aż ku jego górnej części, powodując jego przejście przez całą objętość wody.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 15, pozycja nr 15 – Czy zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu dołączony osobno? Zamknięty system fabrycznie zapakowany z zestawem do godzinowej

zbiórki moczu został wycofany, wobec czego jedynym rozwiązaniem jest oferowanie systemu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego oraz worka do godzinowej zbiórki moczu dołączonego osobno?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 15, pozycja nr 15– Czy zamawiający dopuści z drenem o długości 120 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 15, pozycja nr 15– Czy zamawiający dopuści zastawkę antyzwrotną w worku zamiast w łączniku.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 15, pozycja nr 16– Czy zamawiający dopuści kolor zielony?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 15, pozycja nr 16– Czy zamawiający dopuści długość 125-130 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 15, pozycja nr 19– Czy zamawiający dopuści worek do 14-dniowej zbiórki moczu wykonany z medycznego PCV, worek o pojemność 2000 ml z zastawką antyzwrotną, dren o długości 120 cm zakończony stożkowym łącznikiem zabezpieczonym zatyczką, bezigłowy port do pobierania próbek moczu, zawór spustowy typu T z możliwością podwieszenia, wyposażony w komorę kroplową typu Pasteur'a,, filtr hydrofobowy w worku i komorze, skalowany co 100 ml od 100 ml do 2000 ml, dodatkowa skala co 25 ml od 25ml do 100 ml, uniwersalny, zintegrowany wieszak, bezlateksowy, jednorazowego użytku, sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie: folia/papier?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 15, pozycja nr 20– Czy zamawiający dopuści zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm, czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika, port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo, balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący, worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną, wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka, sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe. Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, strzykawkę 60ml, przylepne opatrunki?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 15, pozycja nr 21– Czy zamawiający dopuści pakowany pojedynczo?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 16, pozycja nr 1– Czy zamawiający dopuści opakowanie 25 sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 16, pozycja nr 6– Czy zamawiający dopuści pojemność 20ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 16, pozycja nr 15-17– Czy zamawiający dopuści niesterylny?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 16, pozycja nr 20– Czy zamawiający dopuści rozmiary CH 16, 20, 24, 28, 32, 36?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 16, pozycja nr 21– Czy zamawiający dopuści Sondę wykonaną z lateksu i PCV?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 16, pozycja nr 24– Czy zamawiający dopuści produkt mikrobiologicznie czysty, niesterylny?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

(11) Pytania Wykonawcy jedenastego:

Pakiet 6
Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów leków światłoczułych z komorą kroplową wolną od PCV wykonaną z elastycznego polimeru innego niż PP. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7, pozycja 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski o poniższych parametrach:

STERYLNA MASKA KRTANIOWA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, anatomicznie ukształtowana, wykonana w całości z silikonu, ze zintegrowanym blokerem zgryzu. Mankiet maski nadmuchiwany z drenem niewbudowanym na całej długości, wyraźnie szerszy oraz podwyższony w części proksymalnej w celu maksymalnego uszczelnienia i wypustka unosząca nagłośnię chroniąca przed jej wklinowaniem. Możliwość intubacji przez maskę za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, maska posiada wbudowaną w kopułę maski rampę dla rurki intubacyjnej ułatwiającą przeprowadzenie procedury intubacji. Łącznik maski zdejmowalny, zabezpieczony uwięzią, kodowany kolorystycznie dla każdego z rozmiarów. Na rurce maski krtaniowej dwa znaczniki głębokości wprowadzenia maski, rozmiaru oraz zakresu wagowego pacjenta, kompatybilności z rozmiarem rurki intubacyjnej. Rozmiar maski kodowany kolorem łącznika i numerycznie na rurce maski i łączniku. Maska wolna od lateksu i PHT. Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz. 0 (<2,0 kg); dla roz. 0,5 (2-4 kg); dla roz. 1,0 (4-7 kg); dla roz. 1,5 (7-17 kg); dla roz. 2 (17-30 kg); dla roz. 3 (30-60 kg); dla roz. 4 (60-80 kg); dla roz. 5 (>80 kg).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7, pozycja 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski o poniższych parametrach:

STERYLNA MASKA KRTANIOWA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU anatomicznie ukształtowana, wykonana w całości z silikonu, ze zintegrowanym blokerem zgryzu. Mankiet maski nadmuchiwany z drenem niewbudowanym na całej długości, wyraźnie szerszy oraz podwyższony w części proksymalnej w celu maksymalnego uszczelnienia i wypustka unosząca nagłośnię chroniąca przed jej wklinowaniem. Maska posiada podwójny kanał gastryczny biegnący po dwóch stronach rurki maski ze wspólnym poszerzonym ujściem obu kanałów w dystalnym końcu mankietu maski. Możliwość intubacji przez maskę za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, maska posiada wbudowaną w kopułę maski rampę dla rurki intubacyjnej ułatwiającą przeprowadzenie procedury intubacji. Łącznik maski zdejmowalny, zabezpieczony uwięzią, kodowany kolorystycznie dla każdego z rozmiarów. Na rurce maski krtaniowej dwa znaczniki głębokości wprowadzenia maski, rozmiaru oraz zakresu wagowego pacjenta, kompatybilności z rozmiarem rurki intubacyjnej oraz komaptybilności kanału gastrycznego z rozmiarem cewnika. Rozmiar maski kodowany kolorem łącznika i numerycznie na rurce i łączniku maski. Maska wolna od lateksu i PHT. Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz. 0 (<2,0 kg); dla roz. 0,5 (2-4 kg); dla roz. 1,0 (4-7 kg); dla roz. 1,5 (7-17 kg); dla roz. 2 (17-30 kg); dla roz. 3 (30-60 kg); dla roz. 4 (60-80 kg); dla roz. 5 (>80 kg).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7, pozycja 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Cewnik Foley dwudrożny z pierwotnie napełnioną strzykawką z 10% roztworem gliceryny, wykonany z 100% silikonu, długość 40cm, z atraumatyczną końcówką z dwoma otworami, o gładkiej powierzchni, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Stosowanie do 90 dni (informacja na opakowaniu jednostkowym produktu). Cewnik dostarczany w zestawie strzykawka z 10% roztworem gliceryny. Pojemność balonu 10ml. Rozmiar CH12-22. Jednorazowego użytku. Pozbawiony lateksu, ftalanów, PVC.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu warunku przejrzystości.

Pakiet 7, pozycja 33

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników o długości 600mm, o stopniu twardości Shore A76.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11, pozycja 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu o wyższej chłonności wynoszącej 4546 ml/m2 oraz prosimy o odstąpienie od wymogu grubości folii polietylenowej w przypadku, gdy zaoferowany podkład posiada pełnobarierową folie polietylenową. Reszta zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11, pozycja 14
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższych parametrach:
Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki z poprzecznym pofałdowaniem pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania. Płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających (Corinz) w wyciskanej saszetce, 7ml. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11, pozycja 15
Ze względu na zmiany wprowadzone przez producenta prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowania bez mini-karty obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych, pozostałe zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11, pozycja 12
Prosimy o doprecyzowanie, czy nie zaszła oczywista pomyłka pisarska i Zamawiający oczekuje myjek z zawartością witaminy E w składzie, pozostałe zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga myjek z zawartością witaminy E .

Pakiet 15, pozycja 18
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka z bezigłowym portem do pobierania próbek. Pozostałe parametry zgodne.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 15, pozycja 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Kehra o długości ramion 20x40cm, reszta parametrów zgodna z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 15, pozycja 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestawu do płukania ze strzykawka 100ml lub 150/160ml.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 20, pozycja 9
Prosimy zamawiającego o dopuszzczenie zaworu bezigłowego o poniższych parametrach:
Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa .0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny- sterylizacja radiacyjna . jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań wykonanych w technologii pojedynczej zastawki

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

(12) Pytania Wykonawcy dwunastego:

Pakiet 20 poz. 3

1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 20 poz. 3 koreczków pakowanych pojedynczo w opakowanie typu blister. Kaniule innego producenta rekomendowane przez producenta kaniul, które gwarantują szczelność kaniul.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza koreczki pakowane pojedynczo.

Pakiet 20 poz. 6

2) Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 20 poz 6 strzykawki 10 ml z końcówką luer, zielony pierścień uszczelniający, wyraźnie widoczna nadrukowana skala i przezroczysty cylinder , umożliwiają lepszą wizualizację poziomu płynu, płynny ruch tłoka i konstrukcja kołnierza zaprojektowana, aby zapewniać komfort i stabilność podczas użycia, mniejsza siła nacisku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 20 poz. 6

3) Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 20 poz 6 strzykawki 10 ml z zakończeniem LuerLock 3 częściowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 20 poz. 8

4) W związku ze zmianą oferty firmy, wycofaniem części rozmiarów oraz zmianą igieł standardowych na cienkościenne, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie i zaoferowanie w pakiecie 20 poz. 8 igieł w rozmiarach 18G 38 mm, 21G 38mm, 23G 25mm, 25G 25 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3) Dotyczy §4 ust. 3 wzoru umowy dostawy. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wystawiana jednej faktury po miesiącu realizacji zamówień. Prośbę tę motywujemy utrudnieniami systemowymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów

4) Dotyczy §4ust. 4,3 umowy dostawy – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od szczególnych wymagań dotyczących dni wystawiania faktury. Wykonawca nie ma możliwości modyfikacji ustawień systemowych. 5) Dotyczy §6 ust. 1pkt. 1 wzoru umowy dostawy. Zwracamy się z prośbą o obliczanie kary umownej od wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów

5) Dotyczy wzoru oświadczenia zał. nr 7

Prosimy o modyfikację jak poniżej zapisu z pkt c . poprzez dopisanie o ile dotyczy , ponieważ nie wszystkie oferowane produkty są wyrobami leczniczymi , niektóre są wyrobami medycznymi i nie mają obowiązku posiadania charakterystyki produktu leczniczego.

.....c) Wszystkie właściwości zaoferowanych w ofercie produktów leczniczych, w szczególności postać, dawkowanie, wskazania terapeutyczne, stabilność itp. mają potwierdzenie w charakterystyce produktu leczniczego. Oświadczamy, że na każde żądanie Zamawiającego charakterystyka zostanie okazana..... o ile dotyczy

Odpowiedź: Zamawiający załącza obowiązujący załącznik nr 7.

(13) Pytania Wykonawcy trzynastego:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 18 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający dopuści w Części 18 poz. 1 i 2 odpowiednio nakłuwacze igłowe o głębokości nakłucia 1,8 i 2,4 zapewniające adekwatne spektrum głębokości nakłucia u pacjentów w różnym wieku i o różnej grubości skóry. Prosimy o uwzględnienie faktu, że igła krótsza nić 2,4mm może być niewystarczająca do skutecznego wykonania nakłucia naskórka u osób ze skórą zgrubiałą lub zrogowaciałą.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 18 poz. 3 w przedmiotowym postępowaniu:

Prosimy o dopuszczenie w Części 18 poz. 3 pasków testowych przeznaczonych do wykonywania pomiarów glikemii we krwi kapilarnej, żylnej oraz krwi noworodkowej. Pomiary glikemii we krwi tętniczej za pomocą glukometru nie są w praktyce prawie w ogóle wykonywane ze względu na trudność w bezpośrednim przeniesieniu takiej krwi na pasek testowy. Stany, w których rzeczywiście wymagane jest pobieranie krwi tętniczej pacjentów (np. wstrząs lub stan krytyczny), są jednocześnie takimi stanami, w których występują przeciwwskazania do wykonywania pomiarów za pomocą glukometru, niezależnie od rodzaju użytej próbki krwi, a wyniki takich pomiarów mogą być obarczone bardzo dużym błędem, co wskazuje instrukcja praktycznie każdego glukometru.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Prosimy o dopuszczenie w Części 18 poz. 3 pasków testowych z polem absorbcji na kontrastowo oznaczonym wycinku szerokości paska testowego. Konstrukcja kapilary z polem absorbcji na całej szerokości paska jest związana z szeregiem niedogodności, takich jak: a) Krople krwi mogą się rozlewać: Jeśli pasek testowy jest zbyt szeroki, może to prowadzić do trudności w precyzyjnym nałożeniu próbki, a także do rozlewania się krwi poza obszar przeznaczony do reakcji, co może skutkować błędnymi wynikami pomiaru. b) Zwiększona trudność w kontroli jakości: Przy stosowaniu próbki na całej szerokości paska trudniej jest zapewnić równomierność rozprowadzenia krwi po pasku, co może prowadzić do różnic w wynikach pomiarów. Konieczne może być bardziej precyzyjne zarządzanie jakością pasków testowych. d) Ryzyko zanieczyszczenia i rozcieńczenia próbki: Większa powierzchnia kontaktu z krwią może prowadzić do łatwiejszego zanieczyszczenia paska testowego albo do zanieczyszczenia i/lub rozcieńczenia próbki krwi, co utrudniałoby jego prawidłowe funkcjonowanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeśli nie wpływa to na spełnienie normy ISO 15197 oraz po zachowaniu pozostałych parametrów.

Zamawiający ma zamiar zużyć 1200 opakowań pasków testowych w ciągu rocznej umowy przetargowej, co oznacza średnio 100 opakowań pasków miesięcznie. Prosimy o dopuszczenie w Części 18 poz. 3 pasków stabilnych po pierwszym otwarciu 6 miesięcy, gdyż przy zakładanym tempie zużycia wszystkie zamawiane paski zostaną zużyte dużo wcześniej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Prosimy o dopuszczenie w Części 18 poz. 3 pasków testowych konfekcjonowanych w opakowaniach x 50 szt. – po przeliczeniu na odpowiednią ilość opakowań. Mniejsze liczba pasków w opakowaniu ułatwi ich wykorzystanie przed upływem terminu ważności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych parametrów.

Substancje określone jako „interferujące", wymienione w opisie przedmiotu zamówienia w Części 18 poz. 3 nie są wymienione w Załączniku A cześć A2 normy EN ISO 15197:2015 ani też nie wymieniono ich w wymaganiach dotyczących badań interferencji w rozdziale 6.4.4. w/w normy. Prosimy o zastąpienie wymogu nieinterferowania wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia substancji z pomiarem substancjami rzeczywiście wyszczególnionymi w załączniku A2 normy, powszechnie występującymi u wszystkich grup pacjentów lub u ich znacznej części. W przypadku odmowy prosimy o podanie na jakiej podstawie Zamawiający utrzymuje, że wymienione w SIWZ substancje rzeczywiście interferują z pomiarem glukozy dokonywanym przez glukometry.

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od wymogu bazując na podstawie doniesień naukowych.

Czy Zamawiający wymaga, aby zawarta w opakowaniu handlowym instrukcja obsługi zaoferowanych w Części 18 poz. 3 pasków testowych wskazywała graniczne stężenie bilirubiny, które nie wpływa na wynik pomiaru? Z uwagi na występowanie żółtaczki noworodków, poziom bilirubiny u noworodków może być nawet o rząd wielkości wyższy niż u pacjentów dorosłych. Zamawiający wymienił w SWZ różne substancje potencjalnie interferujące pomijając czynnik mogący wywoływać istotne interferencje, jakim jest bilirubina. Brak wskazania granicznego stężenia bilirubiny świadczy o tym, że wpływ bilirubiny na pomiar nie został przebadany przez producenta pasków.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Czy Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą na w Części 18 poz. 3 certyfikatu ISO 13485:2016 w zakresie magazynowania i dystrybucji testów diagnostycznych, wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną, wystawionego dla zgłoszonego w URPL importera/dystrybutora pasków testowych będącego wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu? Certyfikat potwierdza prawidłowe przechowywanie i transport pasków testowych (odpowiednia temperatura i wilgotność), które zapewniają prawidłowe działanie systemu. Brak takiego certyfikatu może wskazywać na przechowywanie pasków w nieodpowiednich warunkach (np. szopa lub nieogrzewany garaż):

Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Zamawiający zmienia Rozdział IV SWZ w brzmieniu:

Rozdział IV. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

7. Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
   - karty charakterystyki produktów dokumentujące opis SWZ – do każdej pozycji

   - materiały potwierdzające spełnianie wymagań (próbki) w ilości 1 szt do cz.1 poz.12; cz.11 poz.11; cz.13 poz.11; cz.14 poz. 1; cz.16 poz. 23,24; cz.17 poz.1; cz. 18 poz. 1;

   - Do pozostałych:
   cz.6 Poz. 5,6,9-12 muszą być od jednego producenta ;
   cz.11 Myjki z pozycji 15 oraz czepki z pozycji 11 kompatybilne z ogrzewaczem umożliwiającym ogrzanie i utrzymanie zadanej temperatury celem przeprowadzenia toalety pacjenta w komfortowej temperaturze, 12- stanowiskowy, każde stanowisko wyposażone w czujnik oraz diody LED informujące o gotowości opakowania na danym stanowisku zgodnie ze schematem jak poniżej: NOT READY - pomarańczowa dioda o stałym świetle - opakowanie myjek na danym stanowisku znajduje się krócej niż 2 godziny i może jeszcze nie być ogrzane do zadanej temperatury; READY - zielona dioda o stałym świetle - opakowanie myjek na danym stanowisku jest ogrzane do zadanej temperatury i gotowe do użycia; READY TAKE FIRST - zielona migająca dioda, aktywowana po 84 godzinach od umieszczenia opakowania w danym stanowisku - informuje, że opakowanie na danym stanowisku powinno zostać wyjęte w pierwszej kolejności. Możliwość regulacji temperatury w zakresie 38 - 52°C z poziomu menu. Wymiary ogrzewacza: 42,88 x 37,31 x 38,74 cm **Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ogrzewacz w bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy.**;
   cz. 19 Poz. 3- 9 Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty pochodziły od tego samego producenta.

   Cz. 18 - certyfikat ISO 13485:2016 w zakresie magazynowania i dystrybucji testów diagnostycznych, wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną, wystawionego dla zgłoszonego w URPL importera/dystrybutora pasków testowych

8. **Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.**
9. **Przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu.**

Czy Zamawiający wymaga w Części 18 poz. 3 pasków testowych do glukometru z możliwością ustawienia odpowiedniej jednostki pomiarowej (mg/dl lub mmol/l) przez użytkownika?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

(14) Pytania Wykonawcy czternastego:

Pytanie 1, część 6, poz. 4
Prosimy o doprecyzowanie oraz wyjaśnienie, czy Zamawiający miał na myśli przedłużacz do pomp infuzyjnych? Średnica wewnętrzna drenu wskazuje właśnie na przedłużacz do pomp infuzyjnych, nie na przedłużacz do przetoczeń.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedłużacz do przetoczeń śred. wew. 30 mm

Pytanie 2, część 6, poz. 7 i 8
Prosimy o doprecyzowanie oraz wyjaśnienie, czy Zamawiający miał na myśli przedłużacze do przetoczeń? Średnice wewnętrza i zewnętrzna drenu wskazują właśnie na przedłużacze do przetoczeń, nie na przedłużacze do pomp infuzyjnych.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedłużacze do pomp infuzyjnych śred. wew.1,24 mm śred.zew. 2,4 mm

Pytanie 3, część 6, poz. 9
Prosimy o dopuszczenie strzykawki sterylnej, dwuczęściowej 2ml ze skalą rozszerzoną do 2,5ml, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
Zaoferowana strzykawka nieznacznie różni się od wymaganej przez Zamawiającego, jest wystarczająca do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej i jest powszechnie stosowana w zakładach opieki zdrowotnej. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu uzyskanie większej liczby konkurencyjnych ofert oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4, część 6, poz. 11
Prosimy o dopuszczenie strzykawki sterylnej, dwuczęściowej 10ml ze skalą rozszerzoną do 11ml, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
Zaoferowana strzykawka nieznacznie różni się od wymaganej przez Zamawiającego, jest wystarczająca do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej i jest powszechnie stosowana w zakładach opieki zdrowotnej. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu uzyskanie większej liczby konkurencyjnych ofert oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5, cześć 6, poz. 13
Prosimy o dopuszczenie jako równoważnej sterylnej wewnątrz i na zewnątrz strzykawki z 10ml 0,9% NaCl do przepłukiwania urządzeń podłączonych do dostępów naczyniowych. Ampułko-strzykawka 3 częściowa, ze złączem luer-lock, zamkniętą, nakręcaną nasadką. Wszystkie elementy wykonane z polipropylenu. Każda pojemność umieszona w strzykawce o szerokości cylindra odpowiadającego strzykawce 10 ml, co gwarantuje najbezpieczniejsze ciśnie podczas przepłukiwania. Posiadająca potwierdzony zerowy reflux. Na każdej pojedynczej strzykawce informacja o numerze serii i data ważności produktu oraz alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy, kwadratowy kod graficzny QR. Nie zawiera lateksu i DEHP. Wyrób medyczny klasa IIa. Sterylizowana radiacyjnie promieniowaniem gamma, co zapewnia najwyższy poziom sterylizacji i ma pozytywny wpływ na odczucia pacjentów. Równoważne bowiem są inne od wymaganych parametry i rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia. Posiadającej okres ważności minimum 24 miesiące. Dopuszczenie powyższego pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ofert oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6, część 19, poz. 5
Prosimy o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, z wydajnością filtra wirusowego na poziomie 99,99%, z potwierdzeniem systemu zamkniętego oświadczeniem producenta, bez oznaczenia producenta na komorze kroplowej, pozostałe wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Zaproponowany przyrząd jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej, a niewielkie różnice nie maja żadnego wpływu na walory użytkowe wyrobu. Ponadto przyrząd ten jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej, a jego użytkownicy nie wnoszą żadnych zastrzeżeń. Dopuszczenie powyższego pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ofert oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7, część 19, poz. 6
Prosimy o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, automatycznie zatrzymujący infuzję na poziomie komory kroplowej po jej opróżnieniu, z wydajnością filtra wirusowego na poziomie 99,99%, z potwierdzeniem systemu zamkniętego oświadczeniem producenta, bez oznaczenia producenta na komorze kroplowej, pozostałe wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Zaproponowany przyrząd jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej, a niewielkie różnice nie maja żadnego wpływu na walory użytkowe wyrobu. Ponadto przyrząd ten jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej, a jego użytkownicy nie wnoszą żadnych zastrzeżeń. Dopuszczenie powyższego pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ofert oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8, część 19, poz. 7
Prosimy o dopuszczenie aparatu do przetoczeń płynów infuzyjnych z wydajnością filtra wirusowego na poziomie 99,99%, z potwierdzeniem systemu zamkniętego oświadczeniem producenta, bez oznaczenia producenta na komorze kroplowej, pozostałe wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Zaproponowany przyrząd jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej, a niewielkie różnice nie maja żadnego wpływu na walory użytkowe wyrobu. Ponadto przyrząd ten jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej, a jego użytkownicy nie wnoszą żadnych zastrzeżeń. Dopuszczenie powyższego pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ofert oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9, część 19, poz. 8
Prosimy o dopuszczenie aparatu do przetoczeń płynów infuzyjnych z wydajnością filtra wirusowego na poziomie 99,99%, z potwierdzeniem systemu zamkniętego oświadczeniem producenta, z dodatkowym portem poniżej komory kroplowej, bez oznaczenia producenta na komorze kroplowej, pozostałe wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Zaproponowany przyrząd jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej, a niewielkie różnice nie maja żadnego wpływu na walory użytkowe wyrobu. Ponadto przyrząd ten jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej, a jego użytkownicy nie wnoszą żadnych zastrzeżeń. Dopuszczenie powyższego pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ofert oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10, część 20, poz. 1
Prosimy o dopuszczenie kaniuli dożylnej przeznaczonej do małych i delikatnych żył, ze skrzydełkami ułatwiającymi kaniulację naczynia, bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG , 3 wtopione paski radiocieniujące, wykonana z

biokompatybilnego poliuretanu, z dodatkowym otworem przy ostrzu igły umożliwiającym potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Sterylna w rozmiarach:
24G - 0,7 x 19mm - przepływ 23ml/min,
26G - 0,6 x 19mm - przepływ 17ml/min.
Zaproponowane kaniule są powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej, a ich użytkownicy nie wnoszą żadnych zastrzeżeń. Dopuszczenie powyższego pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ofert oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11, część 20, poz. 2
Prosimy o dopuszczenie kaniuli dożylnej wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu z potwierdzeniem w postaci oświadczenia producenta, pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Oświadczenie producenta jest wystarczające na potwierdzenie wymaganego parametru przez Zamawiającego. Dopuszczenie powyższego pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ofert oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12, część 20, poz. 3
Prosimy o dopuszczenie korków do kaniul dożylnych pakowanych pojedynczo w opakowaniach typu blister, w opakowaniach zbiorczych zawierających 100 sztuk, pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Sposób pakowania stanowi wyłącznie kwestię techniczną nie mającą wpływu na walory użytkowe oraz wykonywane procedury medyczne. Dopuszczenie powyższego pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ofert oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13, część 20, poz. 5
Prosimy o dopuszczenie kranika trójdrożnego z wyczuwalnym i optycznym indykatorem pozycji otwarty/zamknięty, posiadający w składzie poliwęglan, trzy ramiona w kształcie rozetki, wytrzymałość kranika do 5,5 bar, objętość wypełnienia 0,23ml, odporny na lipidy, sterylizowany tlenkiem etylenu.
Zaoferowany kranik jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej i jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej. Dopuszczenie powyższego pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ofert oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14, część 20, poz. 9
Prosimy o dopuszczenie zamkniętego systemu dostępu naczyniowego o długości 2,5cm, o całkowicie przezroczystej obudowie i z wbudowaną płaską uszczelką silikonową w postaci podzielnej membrany oraz wewnętrzną drogą płynu, które chronią pacjenta i personel pielęgniarski przed narażeniami, z prędkością przepływu 312 ml/min zgodnie z norma ISO 10555, o objętości wypełnienia 0,85ml, pozostałe wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Zaproponowany wyrób medyczny jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej i jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej. Dopuszczenie powyższego pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ofert oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15, część 20, poz. 13
Prosimy o dopuszczenie bezpiecznej kaniuli do wkłuć dożylnych w systemie zamkniętym z 3 paskami RTG, pozostałe wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Zaproponowany wyrób medyczny jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej i jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej. Dopuszczenie powyższego pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ofert oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

W załączeniu Obowiązujący załącznik nr 7
Zamawiający zmienia Rozdział IV. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

1. Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
   - karty charakterystyki produktów dokumentujące opis SWZ – do każdej pozycji

   - materiały potwierdzające spełnianie wymagań (próbki) w ilości 1 szt do cz.1 poz.12; cz.11 poz.11; cz.13 poz.11; cz.14 poz. 1; cz.16 poz. 23,24; cz.17 poz.1; cz. 18 poz. 1;

   - Do pozostałych:
   cz.6 Poz. 5,6,9-12 muszą być od jednego producenta ;
   cz.11 Myjki z pozycji 15 oraz czepki z pozycji 11 kompatybilne z ogrzewaczem umożliwiającym ogrzanie i utrzymanie zadanej temperatury celem przeprowadzenia toalety pacjenta w komfortowej temperaturze, 12- stanowiskowy, każde stanowisko wyposażone w czujnik oraz diody LED informujące o gotowości opakowania na danym stanowisku zgodnie ze schematem jak poniżej: NOT READY - pomarańczowa dioda o stałym świetle - opakowanie myjek na danym stanowisku znajduje się krócej niż 2 godziny i może jeszcze nie być ogrzane do zadanej temperatury; READY - zielona dioda o stałym świetle - opakowanie myjek na danym stanowisku jest ogrzane do zadanej temperatury i gotowe do użycia; READY TAKE FIRST - zielona migająca dioda, aktywowana po 84 godzinach od umieszczenia opakowania w danym stanowisku - informuje, że opakowanie na danym stanowisku powinno zostać wyjęte w pierwszej kolejności. Możliwość regulacji temperatury w zakresie 38 - 52°C z poziomu menu. Wymiary ogrzewacza: 42,88 x 37,31 x 38,74 cm **Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ogrzewacz w bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy.**;
   cz. 19 Poz. 3- 9 Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty pochodziły od tego samego producenta.

   Cz. 18 - certyfikat ISO 13485:2016 w zakresie magazynowania i dystrybucji testów diagnostycznych, wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną, wystawionego dla zgłoszonego w URPL importera/dystrybutora pasków testowych

2. **Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.**
3. **Przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu.**

Zmianie ulega Rozdział XII. Sposób i termin składania ofert

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalmyslenice w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 09.06.2025 r. do godz. 12.30.

Zmianie ulega Rozdział XIII Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi 09.06.2025 r. godz. 13.10

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną cześć SWZ, podczas sporządzania oferty

Podpis.....

Zamieszczono na stronie internetowej (platforma zakupowa zamawiającego)
…….....