

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 **Informacja** (012) 27-30-355, 27-30-205

sekretariat 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55

NIP: 681-169-06-68, **REGON:** 000300570,

Myślenice, dnia 27.02.2025r.

**Do wszystkich
Wykonawców**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710z późn. zm. – dalej uPZP) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 uPZP., którego przedmiotem jest zakup i dostawa odczynników do biochemii, immunochemii i analityki ogólnej, w tym szybkich testów diagnostycznych wraz z dzierżawą analizatorów na okres 36 m-cy dla potrzeb Laboratorium Analityki Medycznej. Nr sprawy: 2/PN/25.

Pytania wykonawcy pierwszego:

Część nr 2:

- a) Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie analizatora w terminie 30 dni od zawarcia umowy? Wykonanie tych czynności w terminie 7 dni dla nowego analizatora jest praktycznie niewykonalne, biorąc pod uwagę konieczność wpięcia w LIS firmy InfoMedica/AMMS.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie analizatora w terminie 30 dni od zawarcia umowy zgodnie z punktem D9 wymaganych parametrów granicznych

- b) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby Wykonawca zapewnił niezmienność serii dla materiałów kontrolnych (ten sam nr LOT) przez okres co najmniej 12 m-cy (producent oferowanego analizatora/odczynników/kontroli nie stawia takiego wymogu)?

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia niezmienności serii dla materiałów kontrolnych (ten sam nr LOT) przez okres co najmniej 12 m-cy

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora elementów upostaciowionych moczu, w którym zasada metody opiera się na zautomatyzowanej mikroskopii (wbudowany mikroskop) z rejestracją cyfrowych obrazów pełnych pól widzenia mikroskopowego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie punktem [A.2.1.](#) parametrów granicznych techniki pomiarowej: cyfrowe obrazowanie mikroskopowe

- c) Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora pasków testowych, w którym obraz reakcji barwnych na pasku wyświetlany jest na ekranie analizatora dla każdego wyniku, dostępny z poziomu operatora systemu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora pasków testowych, w którym obraz reakcji barwnych na pasku wyświetlany jest na ekranie analizatora dla każdego wyniku, dostępny z poziomu operatora systemu,

- e) Dotyczy parametrów ocenianych oferowanego analizatora i odczynników pkt 5: Czy Zamawiający przyzna punkty gdy obrazy moczu rejestrowane są przy małym powiększeniu x20 i dużym x40 całego pola widzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia sposobu przyznawania punktów

Pytania Wykonawcy drugiego:

1. Czy w Części nr 3 poz. 1 Zamawiający dopuści kontrolę dodatnią dołączaną w oddzielnym opakowaniu wraz z każdym opakowaniem testów a 25 szt. (opakowanie i kontrola dostarczane razem przy każdej dostawie)?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

2. Czy w Części nr 3 poz. 2b Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego 2 buteleczki z kontrolami, jedna zawierająca kontrolę dodatnią i druga z kontrolą ujemną (każda w objętości 2,5 ml)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu zawierającego 2 buteleczki z kontrolami, jedna zawierająca kontrolę dodatnią (2x cut off) i druga z kontrolą ujemną (każda w objętości 2,5 ml)

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty na poszczególne pozycje w Części nr 3, pozwoli to uzyskać dużo niższe ceny na poszczególne produkty niż w przypadku wyceny pakietu w obecnym składzie? Jako, że odpowiedź na pytanie stanowi integralną część SIWZ Zamawiający może na to zezwolić w odpowiedzi bez konieczności modyfikowania dokumentacji w Części nr 3.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1, 2a i 2b z Części nr 3 w celu utworzenia z nich odrębnego pakietu. Pozostała pozycja to zestaw odczynnikowy stanowiący osobną grupę produktową, niepowiązaną w żaden sposób z testami. Asortyment z pozycji 3 znacząco ograniczy konkurencję do jednego oferenta na rynku. Wydzielenie pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową, a co za tym idzie pozwoli uzyskać niższą cenę? Wykonawca, który jako jedyny dysponuje całym asortymentem może dowolnie kształtować ceny oferty w Części nr 3, co jest sprzeczne z interesem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pozycji do osobnego pakietu/części.

Pytania Wykonawcy trzeciego:

Dotyczy umowy

1. par. 12 W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego dzierżawę aparatów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie, czy Zamawiający przewiduje powierzyć Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych? Jeśli tak, czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia, oraz do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych według załączonego wzoru? W przypadku braku zgody, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz odpowiednie wydłużenie terminu zadawania pytań do udostępnionego wzoru.

Odpowiedź: Zamawiający załącza wzór umowy powierzenia danych osobowych

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce wymaganych kart charakterystyki, instrukcji załączyć oświadczenie o posiadaniu tych dokumentów oraz ich dostawie na każde żądanie Zamawiającego ciągu 3 dni roboczych od daty wezwania? Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do podania w ofercie adresu strony internetowej, na której znajdują się w.w dokumenty, z której Zamawiający może stale korzystać.

Zamawiający wyraża zgodę , aby w miejsce wymaganych kart charakterystyki, instrukcji na etapie składania oferty załączyć oświadczenie o posiadaniu tych dokumentów oraz ich dostarczeniu w postaci/formie elektronicznej na każde żądanie Zamawiającego ciągu 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejscu wymaganych deklaracji CE wykonawca dołączył oświadczenie o posiadaniu takich dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. i zapewnieniu przedstawienia ich na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od daty wezwania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, aby w miejscu wymaganych deklaracji CE wykonawca dołączył oświadczenie o posiadaniu takich dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. i zapewnieniu przedstawienia ich na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od daty wezwania


3.W przypadku braku zgody na odstąpienie od wymogu dołączenia deklaracji CE do oferty czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie tychże deklaracji zgodności UE wyłącznie w języku angielskim?

Uzasadnienie: Przedstawienie deklaracji zgodności UE jedynie w języku angielskim spełnia obowiązujące normy prawne. Zgodnie z art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, nie ma bowiem konieczności dostarczania deklaracji zgodności UE w języku polskim. W przypadku wyrobów przeznaczonych bądź udostępnionych do stosowania przez użytkowników niebędących laikami, deklaracja zgodności UE może być wyrażona w języku polskim lub języku angielskim. Wyjątkiem są informacje przeznaczone dla pacjenta, które podaje się jedynie w języku polskim lub wyraża się za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów. Podkreślamy, że informacje wyrażone w języku angielskim w ww. dokumencie są przedstawione w sposób czytelny i w pełni zrozumiały, co zapewnia zgodność z wymaganiami prawnymi oraz nie wpływa na czytelność i przejrzystość dokumentów. Takie podejście może również przyczynić się do zwiększenia efektywności i uproszczenia procesu przetargowego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dołączenia deklaracji CE wraz z tłumaczeniem na język polski

4.Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z LIS oraz dostępu do internetu ?

Oferowane analizatory oraz systemy wymagają do pracy stałego połączenia z internetem. Jest to związane z aktualizacją licencji oprogramowania, pobieraniem danych o odczytnikach, kontrolach, kalibratorach, serwisem zdalnym oraz połączeniem z LIS. Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na spacyfikowanych portach. Poniżej schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analizatorów).



URL	IP	Port	Typ	Description
*.navify.com	193.58.155.0/24	443	CloudFlare	Main connections enabling Remote Service
*.navify.com	193.228.103.0/24	433 (514/541)	CloudFlare	Current/future setup using Cloudflare
remoteservice.roche.com	62.209.44.11	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas1.roche.com	62.209.44.21	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas2.roche.com	62.209.44.22	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas3.roche.com	209.202.167.19	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas4.roche.com	209.202.167.20	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas5.roche.com	120.136.45.231	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas6.roche.com	120.136.45.230	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas15.roche.com	35.76.193.4	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas16.roche.com	52.193.219.53	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
rln-cm-*.dia.roche.com	52.178.37.238	514 / 541	Direct	Dedicated connections enabling FortiGate management
teleservice.roche.com	196.3.50.39	443 / 80	HTTP	Dedicated connection to TSN
remoteservice-dr.roche.com	209.202.167.21	443	Direct	Axeda Disaster Recovery

Odpowiedź: Zamawiający jako operator usługi kluczowej udostępni połączenie z internetem i ograniczony do niezbędnego minimum dostęp do swojego systemu informatycznego wyłącznie wypadku kiedy wykonawca:

1. Dla dostarczanego systemu informatycznego spełni wymogi bezpieczeństwa systemów informatycznych określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
2. Uzgodni szczegółowe warunki techniczne wymiany danych z zamawiającym przed podłączeniem, załączony w pytaniu schemat jest bardzo ogólnikowy
3. Zapewni aktualizacje bezpieczeństwa dostarczanych urządzeń i oprogramowania, w szczególności niezwłocznie po opublikowaniu podatności w biuletynach CVE
4. Udostępni dostarczony system do audytu przez zamawiającego celem weryfikacji wersji firmware, BIOS i oprogramowania na każde żądanie zamawiającego.
5. Zapewni taką konfigurację systemu aby dane nie były przekazywane do państwa trzeciego zgodnie z wymogami RODO
6. Nie będzie wykorzystywał publicznych chmur obliczeniowych do komunikacji, gdyż taka komunikacja jest zablokowana w sieci medycznej zamawiającego

5.Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu podłączenia analizatora do sieci Zamawiającego (LIS) oferowanych urządzeń do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Uzasadnienie: Z uwagi na długie terminy realizacji podłączeń urządzeń przez dostawcę Państwa systemu LIS, które nie są zależne od nas jako Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu podłączenia analizatora do sieci Zamawiającego (LIS) oferowanych urządzeń do 8 tygodni od daty podpisania umowy

6.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)?

Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa),gdy wykonawca nie będzie wykorzystywał publicznych chmur obliczeniowych do komunikacji, gdyż taka komunikacja jest zablokowana w sieci medycznej zamawiającego

7.Czy Zamawiający zgodzi się by Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie instalacji, które wynikają ze zmian podjętych przez Zamawiającego już w czasie jej trwania, w szczególności dotyczy: zmiany konfiguracji lub umiejscowienia aparatów w pomieszczeniu laboratorium

Odpowiedź: Zamawiający zgodzi się by Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie instalacji, które wynikają ze zmian podjętych przez Zamawiającego już w czasie jej trwania, w szczególności dotyczy: zmiany konfiguracji lub umiejscowienia aparatów w pomieszczeniu laboratorium

8.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie wizji lokalnej?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie wizji lokalnej, termin wizji lokalnej 6 marzec 2025 godz. 11

PYTANIA DO UMOWY:..

zał. nr 5a - projektowane postanowienia umowy

par. 2 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

par. 2 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

par. 2a ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy i instalacji urządzeń do 6 tygodni od daty podpisania umowy?

Uzasadnienie: Ze względu na konieczność sprowadzenia analizatora z zagranicy bezpośrednio od producenta, skomplikowane procedury celne z tym związane oraz mając na uwadze fakt, iż instalacja aparatów jest procesem skomplikowanym, złożonym i czasochłonnym, zwracamy się z prośbą o wydłużenie wskazanego terminu w zaproponowany sposób.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

par. 2a ust. 8 pkt 2) lit. a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

par. 2a ust. 8 pkt 2) lit. b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Ponadto, czy Zamawiający w przypadku przedłużającej się awarii dopuszcza możliwość wykonania badań w innym laboratorium na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź: *Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.*

par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

Odpowiedź: *Zgodnie z SWZ*

par. 4 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację terminu płatności do 30 dni od daty dostarczenia faktury?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody*

par. 5 (Czas trwania umowy, odstąpienie od umowy) ust. 2 pkt 2)-3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu: „po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

Odpowiedź: *Zgodnie z SWZ*

par. 5 (Czas trwania umowy, odstąpienie od umowy) ust. 2 pkt 2)-3) oraz par. 5 (Rękojnia) ust. 5 Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów poprzez dodanie zdania:

„nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Odpowiedź: *Zgodnie z SWZ*

par. 5 (Czas trwania umowy, odstąpienie od umowy) ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

W przypadku braku zgody na usunięcie niniejszego postanowienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu "lecz nie dłużej niż 3 miesiące po jej zakończeniu"?

Odpowiedź: *Zgodnie z SWZ.*

par. 5 (Rękojnia) Zwracamy się z prośbą o nadanie paragrafom prawidłowej numeracji. Po par. 5 “czas trwania umowy, odstąpienie od umowy” występuje ponownie paragraf o numerze 5 dot. rękojmi.

Odpowiedź: *Zamawiający poprawia numerację.*

par. 5 (Rękojnia) ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację - zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? Uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 1 PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę*

par. 5 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę*

par. 6 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna była liczona od „niezrealizowanej wartości umowy brutto”? Specyfika realizacji przedmiotu Umowy, polegającego na świadczeniu ciągłym, przez okres ustalony w kontrakcie, czyni nieuzasadnionym naliczanie kar, w stosunku do wartości globalnej umowy, w sytuacji, gdy Zamawiający nie ma uwag do umowy w części wykonanej do daty wypowiedzenia. W przeciwnym razie kara umowna powinna zostać uznana za wygórowaną zgodnie z art. 484 k.c.

Odpowiedź: *Zgodnie z SWZ*

par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację limitu kar umownych do „10%”?

Uzasadnienie: Zaproponowana przez Zamawiającego wartość odbiega od rynkowego pułapu maksymalnego. Nadto, należy mieć na uwadze, że wszelkie ryzyka finansowe związane z realizacją umowy będą musiały zostać w kalkulowane do ceny ofertowej Wykonawców.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

par. 6 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

par. 9 W projekcie umowy, zawarto postanowienia przewidujące waloryzację wynagrodzenia wykonawcy. Zostały one jednak sformułowane w taki sposób, że w przypadku umowy, która może być zawarta w wyniku tego postępowania przetargowego, waloryzacja wynagrodzenia będzie w praktyce niemożliwa z uwagi na to, że jej warunki wstępne nie mogą zaistnieć lub będzie miała pomijalną wartość. Takie sformułowanie postanowień powoduje, że mają one pozorny charakter, a zatem ich umieszczenie stanowi obejście normy wynikającej z art. 439 Prawa zamówień publicznych, która wymaga zamieszczenia skutecznych postanowień waloryzacyjnych. Czy wobec powyższego Zamawiający wprowadziłby do wzoru umowy zaproponowaną poniżej treść postanowień waloryzacyjnych zgodnych z art. 439 PZP, które dzielą koszty wzrostu cen pomiędzy zamawiającego i wykonawcę?

§9

1. *Strony zobowiązują się dokonywać zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu dostawy określonych w Umowie produktów (w szczególności odczynników, materiałów zużywalnych, części zamiennych) określonego w §4 Umowy oraz w załącznikach do niej („Waloryzacja”), w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia („Zmiana cen”).*
2. *Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do kwartału poprzedniego, publikowany co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („GUS”) na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych („Wskaźnik”).*
3. *Przyjmuje się, że Zmiana cen nastąpiła, jeżeli Wskaźnik osiągnął wartość większą lub równą 3%.*
4. *Przyjmuje się, że Zmiana cen wpływa na koszt wykonania Zamówienia odpowiednio do wysokości Wskaźnika, przy czym Waloryzacja następować będzie w wysokości wynoszącej połowę Wskaźnika.*
5. *Waloryzacja następować będzie co 3 miesiące, przy czym pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach od zawarcia Umowy.*
6. *W dniu, w którym zgodnie z ust. 5 następuje Waloryzacja, zmienia się wynagrodzenie w zakresie wskazanym w ust. 1, biorąc pod uwagę wartość Wskaźnika ostatnio opublikowaną przez Prezesa GUS, o ile wartość ta będzie większa lub równa wartości wskazanej w ust. 3. Odpowiednio zmienione zostają ceny poszczególnych pozycji załącznika asortymentowo-cenowego.*
7. *W razie potrzeby, przy wyliczaniu Waloryzacji, ceny zaokrągla się w dół do pełnych groszy.*
8. *W przypadku drugiej i kolejnych Waloryzacji, cenami wyjściowymi, które będą waloryzowane, będą ceny powstałe w wyniku poprzedniej Waloryzacji, z uwzględnieniem ewentualnych zmian jakie od czasu poprzedniej Waloryzacji zostały dokonane w drodze aneksów do Umowy.*
9. *Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może się zmienić w wyniku zastosowania wszystkich Waloryzacji o maksymalnie 50% pierwotnej wartości Umowy.*
10. *Waloryzacja, o której mowa w niniejszym paragrafie nie wymaga aneksu do Umowy. Po Waloryzacji, w razie potrzeby, Wykonawca przekaże Zamawiającemu załącznik asortymentowo-cenowy zmieniony zgodnie z niniejszym paragrafem.*

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

11. par. 13 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy załącznika część NR 1 BIOCHEMIA I IMMUNOCHEMIA A. 1.1.WYMAGANIA - JEDNOSTKA ANALITYCZNA BIOCHEMICZNA pkt.3 oraz A. 2.WYMAGANIA TECHNICZNE - ANALIZATORY - back up, pkt.2:

1. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania jednostki analitycznej biochemicznej wykonującej pomiar w zakresie 340-800 nm?

Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania jednostki analitycznej biochemicznej wykonującej pomiar w zakresie 340-800 nm

Dotyczy CZĘŚĆ NR 1: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do biochemii klinicznej i immunochemii wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego i analizatorów "back up" na okres 36 m-cy, pkt. 15

I. PARAMETRY GRANICZNE DOTYCZĄCE OFEROWANYCH ANALIZATORÓW I ODCZYNNIKÓW:

2. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli awaria jednostki analitycznej (biochemia lub immunochemia) nie spowoduje zatrzymania lub ograniczenia pracy całego systemu?

Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli awaria jednostki analitycznej (biochemia lub immunochemia) nie spowoduje zatrzymania lub ograniczenia pracy całego systemu

Dotyczy CZĘŚĆ NR 1: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do biochemii klinicznej i immunochemii wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego i analizatorów "back up" na okres 36 m-cy, pkt. 19

I. PARAMETRY GRANICZNE DOTYCZĄCE OFEROWANYCH ANALIZATORÓW I ODCZYNNIKÓW:

3. Czy zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku kiedy wsparcie będzie zapewnione przez oficjalnego dystrybutora producenta, tak samo jak serwis?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku kiedy wsparcie będzie zapewnione przez oficjalnego dystrybutora producenta, tak samo jak serwis

Dotyczy CZĘŚĆ NR 1: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do biochemii klinicznej i immunochemii wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego i analizatorów "back up" na okres 36 m-cy,

I. PARAMETRY GRANICZNE DOTYCZĄCE OFEROWANYCH ANALIZATORÓW I ODCZYNNIKÓW, pkt. 6 A. 1.1.WYMAGANIA - JEDNOSTKA ANALITYCZNA BIOCHEMICZNA :

4. Prosimy o doprecyzowanie do jakiej ilości oznaczeń (ilościowo lub procentowo) należy zapewnić automatyczną ocenę HIL??

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że automatyczną ocenę HIL należy zapewnić dla 70% oznaczeń

Dot. I. ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAKUPU ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH, KALIBRACYJNYCH, PŁYNÓW SYSTEMOWYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH/36 M-CY - załącznik cenowy poz 22-25:

5. W związku z wyspecyfikowaniem pozycji Jonogram oraz oddzielnie pozycji Na, K, CL prosimy o potwierdzenie iż należy zapewnić właściwą ilość materiałów do wykonania po 102000 oznaczeń każdego z jonów - NA, K, CL (nie zaś do wykonania podwojonej liczby tj. 204000 wynikającej z wyspecyfikowania jonogramu oraz pojedynczych jonów).

Odpowiedź:Należy zapewnić właściwą ilość materiałów do wykonania po 104000 oznaczeń każdego z jonów - NA, K, CL (nie zaś do wykonania podwojonej liczby tj. 208000 wynikającej z wyspecyfikowania jonogramu oraz pojedynczych jonów)

Zamawiający zmienia Rozdział IV SWZ

Rozdział IV. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

1. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty składane wraz z ofertą:

Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia:

Część 1, 2 i 3:

1. Oświadczenie, że oferowany sprzęt i odczynniki są wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.
2. Deklaracje CE i certyfikaty CE (jeśli dotyczy) dla wszystkich oferowanych odczynników i aparatury
3. Specyfikacja techniczna producenta dla wszystkich urządzeń w j. polskim - zawierająca szczegółowy ich opis
4. Oświadczenie o posiadaniu Kart charakterystyk substancji niebezpiecznych w postaci dokumentacji elektronicznej lub oświadczenie, że oferowane odczynniki nie wymagają kart charakterystyki

Część 1

1. Instrukcje metodyczne/ulotki w j. polskim zawierające szczegółowe informacje dotyczące odpowiednio: zakresu pomiarowego (liniowości testu), czułości testu (granicy wykrywalności analitycznej), trwałości odczynnika po otwarciu opakowania, trwałości odczynnika na pokładzie analizatora, metodyki wykonywanych badań, opisu wykonywania testów, najlepiej zebrane w postaci przewodnika metodycznego w wersji elektronicznej

2. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

3. Przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu.

Zmianie ulega Rozdział XII. Sposób i termin składania ofert

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalmyslenice w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 14.03.2025 r. do godz. 12.30.

Zmianie ulega Rozdział XIII Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi 14.03.2025 r. godz. 13.10

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SWZ, podczas sporządzania oferty

Podpis.....

Zamieszczono na stronie internetowej (platforma zakupowa zamawiającego)

.....