



Informacja o odpowiedziach na pytania wykonawców i zmianach w treści SWZ

Zamawiający: Politechnika Warszawska, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
Nr postępowania: SZPiZ.261.3.2025
Nazwa postępowania: Dostawa systemu do kompleksowej charakterystyki właściwości biofizycznych próbek białkowych
Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, działając w imieniu Zamawiającego informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający udzielił wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Jesteśmy gotowi do złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu, jednakże niektóre zapisy w projekcie umowy są dla nas niemożliwe do zaakceptowania.

W załączeniu przesyłam trudne dla nas punkty z propozycją ich zamiany na inne brzmienie, zaznaczone na projekcie umowy w trybie komentarza:

a)

§4 DOSTAWA, ODBIÓR

7. Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonemu przedmiocie umowy.

- Prosimy o wykreślenie tego zapisu. Sprzęt jest wrażliwy a nasze opakowanie transportowe jest specjalnie do niego przystosowane. W przypadku naprawy gwarancyjnej musicie Państwo odesłać urządzenie w fabrycznym opakowaniu. W innej sytuacji niestety nie możemy realizować napraw, lub obciążymy państwa kosztem 1.000 EUR za nowe opakowanie.

b)

§6 GWARANCJA

3. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia wady (zgłoszenia przyjmowane będą elektronicznie lub telefonicznie). W przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, naprawa będzie wykonana w terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia wady. Naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym przedmiot umowy jest używany, chyba że sprzeciwia się temu istota wady.

- Proszę o zmianę na 7 dni roboczych i 21 dni roboczych odpowiednio.

c)

7. Jeżeli przedmiotu umowy lub jego elementu nie da się naprawić albo w razie wystąpienia konieczności dokonania ich trzeciej naprawy, Zamawiający może żądać wymiany odpowiednio elementu lub przedmiotu umowy na wolny od wad. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć nowy element lub przedmiot umowy w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. W takim przypadku okres gwarancji nowego elementu lub przedmiotu umowy rozpoczyna się od dnia jego dostarczenia.

- Proszę o doprecyzowanie, że 3krotność naprawy musi dotyczyć usterki tego samego elementu.

d)

9. Reklamacje przyjmuje: adres: miejscowość ul. tel.: , adres email (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

- Proszę o dopisanie: dział reklamacji na stronie internetowejcom, oraz pod adresem email ...com

Odpowiedź na pytanie nr 1:

a)

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ust. 7 z par. 4 projektowanych postanowień umowy. Zamawiający dokona odpowiednich zmian w Załączniku nr 5 do SWZ.

b)

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania napraw gwarancyjnych z 7 dni na 21 dni od dnia zgłoszenia wady. Zamawiający dokona odpowiednich zmian w Załączniku nr 5 do SWZ.

c)

Zamawiający dokona odpowiednich zmian w Załączniku nr 5 do SWZ związanych z doprecyzowaniem zapisów.

d)

Zamawiający wyjaśnia, że dane w ust. 9 par. 6 zostaną uzupełnione w umowie wykonawczej na podstawie informacji przekazanych przez wybranego wykonawcę w formularzu oferty.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Wydział Chemiczny Politechnika Warszawska, działając w imieniu Zamawiającego informuje, że dokonano zmian treści SWZ jak niżej:

1. W załączniku nr 5 do SWZ zmiany w paragrafie nr 4 i 6 ppu zostały zaznaczone kolorem zielonym:

§4 DOSTAWA, ODBIÓR

~~7. Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonej przedmiocie umowy.~~

7. Jeżeli przy dostawie przedmiotu Umowy strony stwierdzą wady bądź braki, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie uzgodnionym protokólnie przez obie strony. Usuwanie wad lub braków w dodatkowym terminie nie przedłuża terminu realizacji postanowień umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Potwierdzeniem przyjęcia dostawy, instalacji i przeprowadzenia szkolenia jest protokół odbioru sporządzony na dzień realizacji przedmiotu umowy, a w przypadku gdy przy odbiorze stwierdzono braki lub wady na dzień uzupełnienia braków i usunięcia wad.

9. Strony dopuszczają możliwość potwierdzenia przyjęcia dostawy poprzez przesłanie przez Zamawiającego do Wykonawcy protokołu odbioru w formie skanu (w formacie pdf) podpisanego przez osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego, o której mowa w ust. 11.

10. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do współpracy przy realizacji zamówienia, w tym do podpisania protokołu odbioru aparatury, jest: lub osoba ją zastępująca. (zostanie podany w umowie).

11. Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy do współpracy przy realizacji zamówienia jest tel. adres e-mail: (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

§6 GWARANCJA

3. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w terminie do ~~7~~21 dni od dnia zgłoszenia wady (zgłoszenia przyjmowane będą elektronicznie lub telefonicznie). W przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, naprawa będzie wykonana w terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia wady. Naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym przedmiot umowy jest używany, chyba że sprzeciwia się temu istota wady.

7. Jeżeli przedmiotu umowy lub jego elementu nie da się naprawić albo w razie wystąpienia konieczności dokonania trzeciej naprawy przedmiotu umowy lub tego samego elementu,

Zamawiający może żądać wymiany odpowiednio elementu lub przedmiotu umowy na wolny od wad. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć nowy element lub przedmiot umowy w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. W takim przypadku okres gwarancji nowego elementu lub przedmiotu umowy rozpoczyna się od dnia jego dostarczenia.

Prodziekan
Wydziału Chemicznego
(-) dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. uczelni