

Kraków, dn. 13 marca 2025 r.

Dot. dostawy pasków do badania poziomu glukozy we krwi

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie zbiorczym w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie zbiorczym konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych, kompatybilnych z nimi glukometrów), charakteryzujących się parametrami:

Propozycja 1: enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, możliwość pomiaru we krwi kapilarnej i żylniej, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 20-60%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Propozycja 2: enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, możliwość pomiaru we krwi kapilarnej, żylniej i noworodkowej, zakres pomiaru 9-600mg/dl, hematokryt 0-70%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,6ul, podświetlany ekran glukometru, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pasków testowych innego producenta.


Areszt Śledczy w Krakowie
ul. Montelupich 7

Kpt. Piotr Pytel