

Zeszyt wymagań produktu

I. Przedmiot zamówienia

Materac szpitalny z pokrowcem, o wymiarach 200cm, szerokość 90cm, wysokość 12cm

II. Charakterystyka produktu:

Wkład

- a) materac dwustronny
- b) wkład wykonany z pianki poliuretanowej HR35 odpornej na odkształcenia oraz wygniecenia
- c) wymiary 200x90x12cm +/-5 mm

Pokrowiec

- a) pokrowiec dwustronny
- b) paroprzepuszczalny
- c) wodoodporny
- d) zmywalny, odporny na środki dezynfekujące
- e) gramatura tkaniny minimum 195g/m²
- f) pokrowiec musi posiadać wszyty zamek na minimum dwóch bokach, pod listwami zabezpieczającymi go przed ewentualnym zachlapaniem dwóch stron.
- g) pokrowiec zszywany nićmi strunowymi
- h) tkanina pokrowca musi posiadać atest trudnopalności stosowany w Unii Europejskiej

III. Wymagania formalne:

- a) wymagane dostarczenie wraz z ofertą atestu trudnopalności.
- b) produkt (wkład + pokrowiec) musi być wyrobem medycznym i posiadać kod UDI – który należy podać w ofercie.
- c) Zamawiający wymaga aby materac posiadał wszytą w widocznym miejscu metkę zawierającą następujące informacje:
 - 1) nazwę produktu
 - 2) znak CE
 - 3) nazwę producenta lub dystrybutora
 - 4) nr UDI
 - 5) datę produkcji
 - 6) skład
- d) Zamawiający wymaga aby z materacami została dostarczona instrukcja konserwacji.
- e) Zamawiający nie dopuści wkładu ważącego poniżej 7,5 kg
- f) Zamawiający nie dopuści wkładu niebędącego pianką HR
- g) Zamawiający wymaga aby przed podpisaniem umowy oferent którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dostarczył na swój koszt Zamawiającemu 1 szt oferowanego materaca w celu przeprowadzenia czynności sprawdzających zgodność z wymaganiami. W trakcie odbioru dostawy materac będzie służył Zamawiającemu jako zwornik. Następnie zostanie zaliczony do dostawy.
- h) Gwarancja na dostarczony towar 3 lata (bez uszkodzeń mechanicznych)

Ilość: 210 szt (w tym 1szt wzornik)