

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MYŚLENICACH
32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 Informacja (012) 27-30-355, 27-30-205 sekretariat 37-20-670, 37-20-671 fax.
272-18-55
NIP: 681-169-06-68, REGON: 000300570,
Dział zamówień publicznych i umów
e-mail: dzp@szpitalmyslenice.pl

Myślenice, dnia 06.05.2025 r.

Uczestnicy postępowania

POWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1320 tekst jednolity z późn. zm.), którego przedmiotem jest którego przedmiotem jest zakup sprzętu i aparatury medycznej. Zamówienie realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w budynku głównym Szpitala w Myślenicach wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej. Nr sprawy: 11/PN/25.

Na podst. art. 253 ust 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 tekst jednolity z późn. zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, informuje o dokonaniu rozstrzygnięcia postępowania:

Unieważniono postępowanie w części 1, 2 i 3 na podstawie art. 226 ust 1 pkt. 5 Pzp, treść jedynej złożonej oferty Aesculap Chifa Sp.z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 jest niezgodna z warunkami zamówienia. Wykonawca nie potwierdził wymaganych parametrów:

Część 1

Cz. I.-1 l.p.17 – zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 19 h przy przepływie 5 ml/h, 10 h przy przepływie 25 ml /h

Cz. I.1 l.p. 35 - zakres ciśnienia okluzji od 75 mmHg do 900 mmHg, z wyborem na 9 poziomach

Cz. I.1 l.p. 39 – funkcja stand-by programowana w zakresie 1 min-23:59 godz.

Cz. I.1 l.p.44 – menu w języku polskim

Cz. I.1 l.p.45 – historia pracy obejmująca 3000 wpisów

Cz. I.-2 l.p.17 – zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 19 h przy przepływie 5 ml/h, 10 h przy przepływie 25 ml /h

Cz. I.2 l.p. 35 - zakres ciśnienia okluzji od 75 mmHg do 900 mmHg , z wyborem na 9 poziomach

Cz. I.2 l.p. 39 – funkcja stand-by programowana w zakresie 1 min-23:59 godz.

Cz. I.2 I.p.44 – menu w języku polskim

Cz. I.2 I.p.45 – historia pracy obejmująca 3000 wpisów

Cz. I.-3 I.p.17 – zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 19 h przy przepływie 5 ml/h, 10 h przy przepływie 25 ml /h

Cz. I.3 I.p. 35 - zakres ciśnienia okluzji od 75 mmHg do 900 mmHg , z wyborem na 9 poziomach

Cz. I.3 I.p. 39 – funkcja stand-by programowana w zakresie 1 min-23:59 godz.

Cz. I.3 I.p.44 – menu w języku polskim

Cz. I.3 I.p.45 – historia pracy obejmująca 3000 wpisów

Część 2

Cz. II.-1 I.p.17 – zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 19 h przy przepływie 5 ml/h, 10 h przy przepływie 25 ml /h

Cz. II.1 I.p. 35 - zakres ciśnienia okluzji od 75 mmHg do 900 mmHg, z wyborem na 9 poziomach

Cz. II.1 I.p. 39 – funkcja stand-by programowana w zakresie 1 min-23:59 godz.

Cz. II.1 I.p.44 – menu w języku polskim

Cz. II.1 I.p.45 – historia pracy obejmująca 3000 wpisów

Cz. II.1 I.p.65 – możliwość podaży cytostatyków w układzie zamkniętym **zgodnie z definicją NIOSH**

Cz. II.1 I.p.66 – mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden w drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii

Cz. II.1 I.p.67 - zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 16 h przy przepływie 25 ml/h, lub 13 h przy przepływie 100 ml /h

Cz. II.1 I.p.92 – możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli

Cz. II.1 I.p.95 - menu w języku polskim

Cz. II.1 I.p.97 – funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min -99 :59 godzin

Cz. II.1 I.p.100 – zakres ciśnienia okluzji od 225 mmHg do 900 mmHg , z wyborem na 9 poziomach

Część 3

Cz. III.-1 I.p.17 – zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 19 h przy przepływie 5 ml/h, 10 h przy przepływie 25 ml /h

Cz. III.1 I.p. 35 - zakres ciśnienia okluzji od 75 mmHg do 900 mmHg, z wyborem na 9 poziomach

Cz. III.1 I.p. 39 – funkcja stand-by programowana w zakresie 1 min-23:59 godz.

Cz. III.1 l.p.44 – menu w języku polskim

Cz. III.1 l.p.45 – historia pracy obejmująca 3000 wpisów

W związku z powyższym Komisja wnioskuję do Dyrekcji SPZOZ w Myślenicach o odrzucenie w/w oferty w części 1, 2 i 3 na podstawie art. 226 ust 1 pkt. 5 Pzp, jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)