

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 **Informacja** (012) 27-30-355, 27-30-205

sekretariat 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55

NIP: 681-169-06-68, **REGON:** 000300570,

Myślenice, dnia 17.04.2025r.

**Do wszystkich
Wykonawców**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2024 poz. 1320 z póź. zm.), którego przedmiotem jest dostawa lampy operacyjnej z osprzętem. Nr sprawy 9/TP/25.

(1) Pytania Wykonawcy pierwszego:

Pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne w których kopuła jest w kształcie wieloboku foremego i okrągłym relingiem okalającym tą kopułę ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne w których kopuły główna i satelitarna posiadają po 60 diod LED ułożonych w 6 modułach po 10 diod LED?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z zakresem regulacji plamy świetlnej 16-28 cm dla obu kopuł ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne w których regulacja wielkości plamy świetlnej odbywa się za pomocą uchwytu sterylizowalnego, a regulacja natężenia światła z panelu sterowania ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z regulowaną temperaturą barwową 3800 K, 4400 K, 5000 K

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z zużyciem energii dla obu kopuł, które wynosi 120 W ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

(1.2) Kolejne pytania wykonawcy pierwszego:

1. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne w których kopuła ma dwa tzw. „brudne uchwyty” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne w których kopuła główna posiada 78 diod LED a satelitarna 42 diody LED ułożone współosiowo (zdjęcia poglądowe poniżej) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z zakresem regulacji plamy świetlnej 15-32 cm dla obu kopuł ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

4. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne w których regulacja wielkości płamy świetlnej i regulacja natężenia światła odbywa się tylko z panelu sterowania ?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza*

5. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z regulowaną temperaturą barwową w zakresie 3000 - 5500K ?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza*

1. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z zużyciem energii dla obu kopuł, które wynosi 130 W

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza*

Pytania Wykonawcy drugiego:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ

- 1) Czy Zamawiający dopuści lampę bez powłoki antybakteryjnej?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

- 2) Czy Zamawiający dopuści dwa „brudne” uchwyty umieszczone wokół czaszy?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

- 3) Czy Zamawiający dopuści 96 diod LED w czaszy głównej i satelitarnej?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

- 4) Czy Zamawiający dopuści stałą temperaturę barwową 4900K?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

- 5) Czy Zamawiający dopuści regulację średnicy płamy świetlnej w zakresie 16-36 cm dla czaszy głównej i satelitarnej?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

- 6) Czy Zamawiający dopuści lampę bez pamięci indywidualnych ustawień użytkownika?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

- 7) Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu autoryzacji lub zgody producenta kolumny medycznej do wykonywania czynności serwisowych, który to wymóg ogranicza konkurencję?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody*

- 8) Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu atestu na materiał zastosowany do pokrycia powierzchni elementów zawiesia oraz kopuł lampy?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Zamawiający zmienia Rozdział II pkt. 9 SWZ

1. Wykaz podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych

1. Przedmiotowe środki dowodowe, jakie należy złożyć wraz z ofertą:

1. Karty katalogowe oferowanych urządzeń w języku polskim, z zaznaczonymi/wskazanymi parametrami oferowanych urządzeń. W przypadku, gdy w karcie katalogowej nie ma wszystkich parametrów, należy złożyć oświadczenie producenta i/lub autoryzowanego dystrybutora producenta w języku polskim/ z tłumaczeniem na język polski w zakresie pozostałych parametrów, nie wymienionych w karcie katalogowej.
2. Deklaracja zgodności CE dla lampy
3. Deklaracja zgodności CE dla kamery

4. Autoryzacja lub zgoda producenta kolumny medycznej do wykonywania czynności serwisowych
5. Atest na materiał zastosowany do pokrycia powierzchni elementów zawiesia oraz kopuł lampy

Przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyjaśniania przedmiotowych środków dowodowych.

W załączeniu obowiązujący formularz ofertowy – załącznik nr 2

Zmianie ulega Rozdział III pkt. 2.1) SWZ:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.04.2025 r. do godziny 12.30.

Zmianie ulega Rozdział III pkt. 5.1) SWZ:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2025 r. o godz. 13.10 poprzez odszyfrowanie złożonych na Platformie ofert.

Zmianie ulega Rozdział III pkt. 6.1) SWZ

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23.05.2025r.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SWZ, podczas sporządzania oferty

Podpis.....

Zamieszczono na stronie internetowej (platforma zakupowa zamawiającego)

.....