

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 **Informacja** (012) 27-30-355, 27-30-205

sekretariat 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55

NIP: 681-169-06-68, **REGON:** 000300570,

Myślenice, dnia 13.05.2025r.

**Do wszystkich
Wykonawców**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm. – dalej uPZP) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 uPZP., którego przedmiotem jest zakup sprzętu medycznego. Zamówienie realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w budynku głównym Szpitala w Myślenicach wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej. Nr sprawy: 15/PN/25.

(1)Pytania Wykonawcy pierwszego:

poniżej pytania dotyczące pakietu nr 13:

Ad. 14. Czy Zamawiający dopuści zestaw pasów bez oznaczonych otworów systemem numeryczno-literowym ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

(2) Pytania Wykonawcy drugiego:

działając na podstawie Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się o wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie załącznika nr 1 dla cz. 10 wideolaryngoskop:

1. Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści wideolaryngoskop ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 3,5" TFT LCD oraz rozdzielczości 640x480p?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy w poz. 4 Zamawiający dopuści kąt widzenia: 58-65°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy w poz. 7 Zamawiający dopuści urządzenie o pamięci 8 GB, z możliwością rozbudowania do 16/32/64GB oraz z możliwością usuwania i przeglądania zdjęć i filmów z poziomu urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy w poz. 8 Zamawiający czas ładowania baterii 180 minut (pełne naładowanie)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Czy w poz. 9 Zamawiający dopuści format zapisu video mp4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Czy w poz. 15 Zamawiający dopuści rękojeść z regulowanym trzpieniem, do którego dostępne są łyżki w rozmiarach Macintosh 3,4 oraz łyżki o specjalnym kształcie

ułatwiającym intubację trudnych dróg oddechowych w rozmiarach SS (neonatologiczny), S (pediatryczny), M (osoby dorosłe), L (osoby dorosłe otyłe)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Czy w poz. 16 Zamawiający dopuści łyżki w rozmiarach SS (neonatologiczny), S (pediatryczny), M (osoby dorosłe), L (osoby dorosłe otyłe), Macintosh 3,4 – do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

(3) Pytania Wykonawcy trzeciego.

Część 14 Podnośnik 2 sztuki.

1. Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające tylko wskaźnik naładowania akumulatora, który umożliwia monitorowanie stanu naładowania baterii?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

(4) Pytania Wykonawcy czwartego:

Pytanie 1 – Czy Zamawiający dopuści na potwierdzenie parametrów oferowanego sprzętu oświadczenie oferenta o spełnieniu wszystkich parametrów wraz z ulotką? Wszelkie certyfikaty zostaną dostarczone wraz ze sprzętem w czasie dostawy ?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia w dziale XI SWZ

Przedmiotowe środki dowodowe, składane wraz z ofertą.

1) Karta Katalogowa lub inny dokument np. instrukcja obsługi w języku polskim oferowanego wyposażenia z zaznaczonymi oferowanymi parametrami technicznymi, wymaganymi w opisie przedmiotu zamówienia. Uwaga, jeżeli karta katalogowa nie zawiera wszystkich parametrów dopuszcza się oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wszystkich parametrów wraz z ulotką oferowanego sprzętu

2) Oświadczenie że oferowany sprzęt posiada Deklarację CE (Deklaracje CE należy dostarczyć wraz z dostawą sprzętu)

Dokumenty należy składać w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.

Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. Uwaga: przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu.

(5) Pytania Wykonawcy piątego:

Pakiet nr 15 - Piła oscylacyjna-1 szt. – parametry techniczne

POZ. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szerszego zakresu oscylacji 6500 – 24000

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

POZ. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie piły o wadze: 1,25 kg (z kablem).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

(6) Pytania Wykonawcy szóstego:

Pytanie do załącznika nr 1 (15)

Czy Zamawiający dopuści piłę oscylacyjną o wadze z kablem równej 1,7 kg spełniającą pozostałe parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

(7) Pytania Wykonawcy siódmego:

Dotyczy część 10 videolaryngoskop:

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2024 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści videolaryngoskop z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 3", przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w baterię litową o pojemności 2250 mAh, umożliwiającą jej wielokrotnie ładowanie, przy założeniu, że bateria ta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w punkcie 8 opisu przedmiotu zamówienia, tj. czas ładowania baterii poniżej 3 godzin i czas pracy urządzenia powyżej 180 minut po pełnym naładowaniu ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

4. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy w punkcie 17 OPZ nie doszło do omyłki pisarskiej odnośnie trzech rękojeści ? Czy Zamawiający miał na myśli łyżki w 3 rozmiarach ? W punkcie 2 Zamawiający napisał bowiem, że oczekuje, iż videolaryngoskop będzie składał się z ekranu, rękojeści wielorazowej oraz jednorazowych łyżek w 3 rozmiarach.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 1 rękojeści .

(8) Pytania Wykonawcy ósmego:

Dotyczy Część 12 Torba ratunkowa R1 x 2 sztuki

1) Czy Zamawiający wymaga w postępowaniu torby bez wyposażenia czy z wyposażeniem ? W przypadku, wymogu torby wraz z wyposażeniem zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykaz wyposażenia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga torbę bez wyposażenia.

• Czy Zamawiający dopuści torbę o wymiarach : szerokość 40 cm (z kieszenią boczną), wysokość: 65 cm, głębokość 30 cm (z kieszenią przednią) spełniającą pozostałe wymagania OPZ Zamawiającego ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

• Czy Zamawiający dopuści torbę o wadze 5,40 kg ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

(9) Pytania Wykonawcy dziewiątego:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na „Zakup sprzętu medycznego” Numer referencyjny

15/PN/2025

Pytanie nr 1, część nr 10 - Videolaryngoskop 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści aby zaoferować do w/w pakietu wideolaryngoskop angielskiej firmy wg. poniższych opisów?

Nowy system wideolaryngoskopu Optima View firmy Timesco zapewnia krystalicznie czysty, poprawny

kolorystycznie obraz dzięki zastosowaniu kamery o wysokiej rozdzielczości, światłowodu LED 5000k i wysokiej

jakości ekranu LCD 3,75".

Duży ekran LCD 3.75" z kamerą 2.0

Krystalicznie czysty obraz z ekranem LCD o wysokiej rozdzielczości 3,75".

Światło LED 5000K

Współczynnik rozdzielczości: 800 x 480RGB

Współczynnik proporcji obrazu 4:3

Szybkość klatek 30 FPS

Bateria akumulatorowa pozwala na nieprzerwaną pracę przez ponad 2 godziny

3,7 V pojemność 3200 mAh

% wskaźnik naładowania baterii

24- godzinny wyświetlacz czasu i daty
Złącze HDMI do monitora zewnętrznego
Wyświetlacz godziny i daty w formacie 24h
Wbudowana pamięć 7,6 GB umożliwiające przechowywanie ok. 10 godzin nagrań wideo lub ponad 70 tys. Zdjęć, szybki transfer danych przez USB
Przycisk do wykonywania zdjęć i nagrań wideo, umieszczony wygodnie na ergonomicznej Rękojści
Ekran obraca się o 180o od lewej do prawej i przechyla się o 110o w górę i w dół.
Kąt widzenia 160o ułatwia prezentację dla wielu obserwatorów.
Obiektyw aparatu z powłoką przeciwmgielną
kabel i ładowarka USB z możliwością ładowania w gniazdku elektrycznym.
Szybkie uruchomienie urządzenia / błyskawiczna intubacja w trudnych warunkach poprzez szybkie nałożenie
łyżki
twarde etui zabezpieczające urządzenie
Sterylne i jednorazowe łyżki dostępne w rozmiarach MAC 1-MAC 5
Mac 1
Długość: 94mm Szerokość: 17,6mm Wysokość: 13mm
Mac 2
Długość: 102mm Szerokość: 22mm Wysokość: 13mm
Mac 3
Długość: 114mm Szerokość: 27mm Wysokość: 13mm
Mac 4
Długość: 127mm Szerokość: 29mm Wysokość: 13mm
Mac 5 (wygięcie do trudnej intubacji)
Długość: 112mm Szerokość: 29mm Wysokość: 13mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zmianie ulega Rozdział XII. Sposób i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalmyslenice w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 27.05.2025 r. do godz. 12.30.

7. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 27.05.2025 r. o godz. 13:10

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SWZ, podczas sporządzania oferty

Podpis.....

Zamieszczono na stronie internetowej (platforma zakupowa zamawiającego)

.....