

Szczecin, dn. 09.06.2025r.

Zapytanie ofertowe nr 3/RID/0045/2024

1. Zamawiający

Uniwersytet Szczeciński, z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami ogłasza zapytanie na usługę dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach planu „Zwiększenie potencjału, jakości oraz umiędzynarodowienia interdyscyplinarnych badań przyrodniczych” nr umowy RID/SP/0045/2024/01. Dofinansowanego ze środków Ministra Nauki w ramach Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”

2. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia

1. Zamówienie poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.)
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert.
3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i Dostawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zapytania, drogą elektroniczną.
4. Zamówienie składa się z dwóch zadań.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot umowy obejmować będzie wykonanie usługi: dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach planu „Zwiększenie potencjału, jakości oraz umiędzynarodowienia interdyscyplinarnych badań przyrodniczych” nr umowy RID/SP/0045/2024/01. Dofinansowanego ze środków Ministra Nauki w ramach Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”.

ZADANIE 1: drobnny sprzęt laboratoryjny (4 pozycje)

Z kosztów powinna być wyłączona opłata za transport sprzętu.

1. Zestaw 6 pipet automatycznych Research Plus (Eppendorf) wraz ze statywem karuzelowym i końcówkami do pipet umieszczonymi w pudełkach:

- zestaw powinien składać się z 6 pipet jednokanałowych o różnych zakresach objętości, wyposażonych w automatyczny zrzutnik końcówek,
- pipety powinny być jednokanałowe, nastawne w zakresach objętości: 0,1 - 2,5 μ l, 0,5-10,0 μ l, 2,0 - 20,0 μ l, 10,0-100,0 μ l, 20,0 - 200,0 μ l, 100,0 - 1000,0 μ l,
- każda z pipet powinna mieć smukły i wygodny kształt rękojeści, mały ciężar oraz niewielką siłę pipetowania,
- pipety powinny być wyposażone w mechanizm amortyzujący, chroniący trzonek na końcówki oraz zacisk szybkiego montowania, który ułatwia usunięcie dolnej części pipety,
- pipety muszą być wykonane z tworzywa trwałego, odpornego chemicznie oraz na działanie promieni UV,
- pipety powinny mieć możliwość autoklawowania w całości,
- do zestawu musi być dołączony statyw karuzelowy oraz 6 pudełek z końcówkami do pipet,
- końcówki dołączone do pipet, jak i same pipety powinny być oznaczone kodem barwnym,
- cały zestaw powinien pochodzić od jednego producenta i być objęty gwarancją,

2. Zestaw inkubacyjny TDB-120 z pokrywą na 103 probówki (A-103), Biosan:

- w skład zestawu powinien wchodzić termoblok inkubacyjny TBD-120 (wymiary 230 x 210 x 110 mm) oraz blok grzejny (A-103) umożliwiający inkubację 103 probówek w szerokim zakresie temperatury,
- termoblok musi być wyposażony w pokrywę,
- blok grzejny powinien zapewnić inkubację różnych (3) objętości próbek (21 x 0,5 ml, 32 x 1,5 ml oraz 52 x 0,2 ml),
- urządzenie powinno umożliwiać regulację temperatury (25 °C – 120 °C, co 0,1 °C) oraz jej kontrolę (od 5 °C powyżej temp. otoczenia do 120 °C),
- zestaw musi zapewniać ustawienie czasu pracy (od 1 min do 96 godzin), łącznie z trybem pracy ciągłej,
- urządzenie powinno być wyposażone w wyświetlacz do kontroli ustawionych parametrów pracy (czasu, temperatury),
- cały zestaw powinien pochodzić od jednego producenta i być objęty gwarancją,

3. Wyrząsarka Vortex classic z regulatorem prędkości (Velp)

- urządzenie powinno mieć zoptymalizowaną stabilność dzięki dźwigni wyboru trybu pracy,
- powinna zapewniać zmienną prędkość pracy, sterowaną elektronicznie do 3000 obr.
- urządzenie musi być wykonane z materiału odpornego na chemikalia,
- wyrząsarka powinna być wyposażona w 3 antypoślizgowe gumowe nóżki zapewniające stabilność w wymaganej pozycji,
- powinna być objęta 3-letnią gwarancją

Dane techniczne:

Materiał konstrukcyjny: stop cynku i technopolimer

System wsparcia: 3 nóżki antypoślizgowe

Ustawienie prędkości: analogowa

Kontrola prędkości: elektroniczna

Tryb pracy: Dotykowy / Ciągły

Rodzaj ruchu: orbitalny

Średnica orbitalna: 4,5 mm

Moc: 15 W

Waga: 2,2 kg

Wymiary (WxHxD): 180x70x220 mm

Prędkość mieszania: 0 - 3000 obr.

4. Elektroniczna waga laboratoryjna (Kern)

- waga powinna posiadać podświetlany wyświetlacz LCD,
- zakres ważenia urządzenia powinien być do 2400 g a dokładność 0,01 g,
- czas ustalania wyniku nie powinien przekraczać 3 s,
- waga powinna być wyposażona w szalkę wykonaną ze stali nierdzewnej, o wymiarach 160 x 200 mm,
- powinna posiadać pokrywę chroniącą przed kurzem,
- powinna umożliwiać kalibrację zewnętrzną za pomocą odważnika,
- musi być wyposażona w port RS 232 umożliwiający podłączenie do komputera lub drukarki,
- urządzenie powinno mieć dostępne funkcje:
 - liczenie sztuk (przełącznik wskaźnika z liczby sztuk na wagę),
 - receptura (oddzielna pamięć - tara i netto),
 - określanie procentowego odchylenia od wagi referencyjnej,
 - dowolne programowanie jednostek wagowych
 - funkcja wstępnego tarowania - manualnego wprowadzania znanej wagi pojemnika
 - możliwość zawieszenia ciężaru od spodu wagi
- waga musi być wyposażona w zasilacz; zasilanie sieciowe 230 V,
- urządzenie powinno być objęte 3-letnią gwarancją,

ZADANIE 2: elektroforetyczny system żelowy PerfectBlue Maxi S

Z kosztów powinna być wyłączona opłata za transport sprzętu.

- w skład systemu powinno wchodzić: 3 grzebienie (grubość 1,5 mm, 10, 17, 34 dołkowe), pokrywa, tacka na żel, 3-punktowa platforma poziomująca, zbiornik, kable i 2 bramki końcowe,

- system powinien umożliwiać przeprowadzenie separacji elektroforetycznej (horyzontalnej) od 10 do 160 próbek na cykl,
- komora elektroforetyczna powinna pomieścić żel o objętości 200 ml i rozmiarach 150x250 mm,
- system powinien być kompatybilny do uniwersalnego zasilacza do elektroforezy horyzontalnej PerfectBlue,
- urządzenie powinno być objęte gwarancją,

4. KRYTERIA OCENY OFERT

cena - 100 %

1. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie prawo wezwania do złożenia oferty uzupełniającej. Cena w ofercie uzupełniającej nie może być wyższa niż w ofercie pierwotnej.
2. Wykonawca określi wartość brutto na formularzu oferty – załącznik nr 1. Oferta winna zawierać co najmniej: nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zadania objętego zapytaniem, oświadczenie o akceptacji warunków zawartych w zapytaniu ofertowym, imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w imieniu Wykonawcy oraz adres poczty elektronicznej.
3. Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane przez Wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty.
4. Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie. Ceny muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
5. Ofertę można składać na wybrane zadania lub na wszystkie.
6. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są wiążące i zostaną wprowadzone do umowy.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

8. Rozliczenia będą prowadzone w walucie: PLN.
9. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
10. W prowadzonym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.)
11. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
12. Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom.

5. DOKUMENTY WYMAGANE:

- a. formularz oferty – załącznik nr 1;
- b. specyfikacja oferowanego sprzętu

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym.
2. Wykonawca dysponuje osobą lub zespołem osób wykonujących zadanie, posiadających kwalifikacje i doświadczenie.
3. Wykonawca musi oświadczyć że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu”.

4. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego musi nastąpić najpóźniej do 31 sierpnia 2025r.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Oferty można składać w terminie do 17 czerwca 2025 r. do godz. 10.00 w formie podpisanego skanu formularza ofertowego. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej.
2. Formularz ofertowy powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub osoby upoważnionej do złożenia oferty działającej na podstawie pełnomocnictwa.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną z zapytaniem o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Osoba do kontaktu: dr Magdalena Szenejko e-mail magdalena.szenejko@usz.edu.pl.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8. ISTOTNE WARUNKI UMOWY I SYSTEM ROZLICZENIA

1. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę.
2. Rozliczenia finansowe będą odbywały się na podstawie wystawionej faktury przez Wykonawcę. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym faktury oraz potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia po zrealizowanej usłudze.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione na każdym etapie postępowania, bez możliwości żądania odszkodowania przez Wykonawcę.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację usługi.
5. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku gdy kwoty przedstawione w ofercie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie projektu

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę i nie podlega wykluczeniu.
7. Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz doświadczenie do realizacji zamówienia.

Załącznik - Formularz Ofertowy.